



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dn. 15.01.2014r.

Szp/FZ - 68A/33 / 2013

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Dostawa staplerów i ładunków do staplerów”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe zapytanie:

Pytanie nr 1 - dot. Pakietu nr 1

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania równoważnych produktów w ww. pakiecie tj.:

- **w pozycji 1** - kompletny stapler tnąco - szyjący załadowany ładunkiem o długości linii szwów 60mm posiadający nóż w ładunku z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0 po zamknięciu(dla tkanki grubej) lub 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu (dla tkanki normalnej) lub 2,5mm przed zamknięciem i 1,0mm po zamknięciu (dla tk. naczyniowej). Zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia.

- **w pozycji 2** - kompletny stapler tnąco-szyjący załadowany ładunkiem o długości linii szwów 80mm posiadający nóż w ładunku z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0 po zamknięciu(dla tkanki grubej) lub 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu (dla tkanki normalnej). Zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia.

- **w pozycji 3** - ładunki do staplera tnąco-szyjącego o długości linii szwów 60mm posiadającego nóż w ładunku z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0 po zamknięciu(dla tkanki grubej) lub 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu (dla tkanki normalnej) lub 2,5mm przed zamknięciem i 1,0mm po zamknięciu (dla tk. naczyniowej). Zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. Z uwagi na przedstawienie w pozycji 1 kompletnego rozwiązania w postaci staplera wyposażonego w ładunek firma w pozycji 3 zaoferuje 60 sztuk ładunków co pozwoli na zachowanie porównywalności złożonych ofert

- **w pozycji 4** - ładunki do staplera tnąco-szyjącego o długości linii szwów 80mm posiadającego nóż w ładunku z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0 po zamknięciu(dla tkanki grubej) lub 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu (dla tkanki normalnej). Zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. Z uwagi na przedstawienie w pozycji 2 kompletnego rozwiązania w postaci staplera

wyposażonego w ładunek firma w pozycji 4 zaoferuje 60 sztuk ładunków co pozwoli na zachowanie porównywalności złożonych ofert

- w **pozycji 5** - stapler tnąco - szyjący o długości linii szwów 100mm posiadającego nóż w ładunku z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0 po zamknięciu(dla tkanki grubej) lub 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu (dla tkanki normalnej). Zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia.

- w **pozycji 6** - ładunki do staplera tnąco - szyjącego o długości linii szwów 100mm posiadającego nóż w ładunku z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0 po zamknięciu(dla tkanki grubej) lub 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu (dla tkanki normalnej). Zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia

Pytanie nr 2

Wnosimy o wydzielenie pozycji nr 7 z pakietu nr 1 i utworzenie pakietu nr 1A zawierającego w/w pozycję.

Pytanie nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obok istniejących zapisów sprzętu o następujących parametrach:

- w pozycji 1 staplera liniowego jednorazowego użytku 30 mm z jedną dźwignią , z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek przed zamknięciem 4,8 mm (do tk. grubej) lub 3,5 mm (do tk. standardowej) lub 2,5mm (do tk. naczyniowej). Zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia.

- w pozycji 2 staplera liniowego jednorazowego użytku 60 mm z jedną dźwignią , z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5 mm. Zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia.

- w pozycji 3 staplera liniowego jednorazowego użytku 90 mm z jedną dźwignią , z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5 mm. Zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia.

- w pozycji 4 ładunek do staplera liniowego jednorazowego użytku 90 mm , z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5 mm. Zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia

- w pozycji 5 ładunek do staplera liniowego jednorazowego użytku 30 mm , z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5 mm lub 2,5mm. Zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia.

-w pozycji 6 ładunek do staplera liniowego jednorazowego użytku 60 mm , z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o

wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5 mm. Zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia.

-w pozycji 7 stapler liniowy zamykający na głucho, z ruchomą i wyginaną głowicą, o długości 55mm dostępny z dwoma wysokościami zszywek przed zamknięciem 3,5mm i 4,8mm. Kąt zgięcia szczęk instrumentu 120°; kąt obrotu trzonu 320°. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia.

-w pozycji 8 staplera liniowego jednorazowego użytku 45 mm z jedną dźwignią, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek przed zamknięciem 4,8 mm (dla tk. grubych) lub 3,5 mm (dla tk. standardowych). Zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia.

- w pozycji 9 ładunek do staplera liniowego jednorazowego użytku 45 mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5 mm. Zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia

Pytanie nr 4

Z uwagi na uchwaloną zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 24 ust. 1, a także mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na:

1. Dodanie do umowy postanowienia o brzmieniu:
„Suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 4,9 % wartości umowy”?
2. Zmianę brzmienia § 10 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy na następujące:
„z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 4,9% wartości umownej brutto niezrealizowanej części umowy”

Pytanie nr 5

Z uwagi na planowaną zmianę stawki VAT czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy postanowienia o następującym brzmieniu:

„W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy”

Pytanie nr 6

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 5 ust. 4 wzoru umowy na następujące:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar wraz z fakturą najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia telefonicznego potwierdzonego faxem. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, dniu ustawowo wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. Fakturę uważa się za dostarczoną wraz z dostawą, jeżeli zostanie przesłana Zamawiającemu w dniu dostawy faxem lub drogą mailową pod warunkiem dostarczenia oryginału faktury w terminie do 3 dni od daty dostawy”.

Odpowiedzi:

Ad. 1.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o opisanych wyżej parametrach.

Ad. 2.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji nr 7 do odrębnego pakietu.

Ad. 3.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie obok istniejących zapisów sprzętu o opisanych wyżej parametrach.

Ad. 4.

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy dotyczące kar umownych.

Ad. 5.

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Istniejący zapis §11 ust.1 „zmiany stawki podatku VAT” oznacza iż zmiana stawki podatku VAT może skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy brutto, gdyż wynagrodzenie jest określone w wartościach brutto. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej.

Ad. 6.

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczący dostarczenia towaru wraz z fakturą.

Powyższe stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jolanta Raziuk