



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Wrocław, dn. 17.01.2014r.

Szp/FZ - 68A/41 / 2013

## INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  
„Dostawa staplerów i ładunków do staplerów”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe zapytanie:

**Pytanie nr 1** - dot. Pakietu nr 1, pozycja 3 - 4

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty.

**Pytanie nr 2** - dot. Pakietu nr 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowego staplera liniowego z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokości zamknięcia zszywki od 1mm do 2,5mm o długości linii szwu 92mm?

**Pytanie nr 3** - dot. Pakietu nr 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowych ładunków do jednorazowego staplera liniowego z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokości zamknięcia zszywki o długości linii szwu 92mm, ładunek przeznaczony do tkanki grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2mm)?

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuści obok istniejących rozwiązań w Pakiecie nr 1:

1) - poz. 8 – jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8mm). Stapler posiada dwie dźwignie- zamykającą i spustową. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia)?

2) - poz. 9 - ładunek do automatycznego staplera liniowego o linii szwu 30mm do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8mm). Stapler posiada dwie dźwignie, zamykającą i spustową. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia)?

3) - poz. 8 – jednorazowy stapler prosty, śr. ok. 12 mm, umożliwiający wykonanie zespolenia na długości 45mm. Stapler posiadający dwie dźwignie – zamykającą i spustową. Dostarczany wraz z ładunkiem do tkanki standardowej standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5mm) lub grubej (wysokość otwartej zszywki 4,1mm). Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia)?

4) - poz. 9 – jednorazowe ładunki liniowe staplera, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 45mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki standardowej standardowej

(wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,1mm). (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia)?

**Odpowiedzi:**

**Ad. 1.**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 3 - 4 do oddzielnego pakietu

**Ad. 2.**

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w poz. nr 3 pakiet nr 1.

**Ad. 3.**

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w poz. nr 4 pakietu nr 1.

**Ad. 4.**

1) Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w poz. nr 8 pakietu nr 1.

2) Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w poz. nr 9 pakietu nr 1,

3) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 8 jednorazowy stapler prosty, śr. ok. 12 mm, umożliwiający wykonanie zespolenia na długości 45mm. Stapler posiadający dwie dźwignie – zamykającą i spustową. Dostarczany wraz z ładunkiem do tkanki standardowej standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5mm) lub grubej (wysokość otwartej zszywki 4,1mm). Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia),

4) jednorazowe ładunki liniowe staplera, umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 45mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki standardowej standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,1mm). (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia)

Powyższe stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

*mgr inż. Jagwiga Raziuk*