



Wrocław, dn. 22.01.2014 r.

Szp/FZ-182/WROVASC/53 / 2014

**INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW**  
**dotyczy pakietów: 1, 6, 8, 14, 16, 19, 21, 23, 38 i wzoru umowy**

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę drobnego wyposażenia laboratoryjnego oraz materiałów i surowców w tym: odczynniki i inne materiały.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe zapytania:

**Pytanie nr 1 - dotyczy rozdziału III SIWZ, ustęp 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę skrócenie terminów ważności dla:

- pozycji 3, pakietu 6 - z wymaganych min. 10 miesięcy do min. 8 miesięcy?
- pozycji 1, pakietu 19 - z wymaganych min. 10 miesięcy do min. 6 miesięcy?

**Pytanie nr 2 - dotyczy wzoru umowy, § 5, ustęp 5, pakiet 38**

Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu dostawy z 14 dni roboczych do 20 dni roboczych.

**Pytanie nr 3 - dotyczy rozdziału V SIWZ, wymagań dla produktów równoważnych wg tabeli „C”**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na niedostarczenie próbek dla pakietu 19 i 21? Czy foldery mogą być dla pakietów 19 i 21 tylko i wyłącznie w języku angielskim?

**Pytanie nr 4 - dotyczy wzoru umowy, § 2, ustęp 3**

Zamawiający zapisał: „Zamawiający ze względów organizacyjnych zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca dostawy określonej w ust. 2 § 2 umowy. Zmiana w tym zakresie nastąpi poprzez jednostronne zawiadomienie Zamawiającego określające nowe miejsce dostawy. Zmiana obowiązuje od dnia wskazanego w zawiadomieniu o dokonaniu zmiany, a jeśli w zawiadomieniu nie określono takiej daty w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia”

Uprzejmie prosimy o zmianę tego zapisu tak aby brzmiał: „Zamawiający ze względów organizacyjnych zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca dostawy określonej w ust. 2 § 2 umowy. Zmiana w tym zakresie nastąpi poprzez jednostronne zawiadomienie Zamawiającego określające nowe miejsce dostawy. Zmiana obowiązuje od dnia wskazanego w zawiadomieniu o dokonaniu zmiany, a jeśli w zawiadomieniu nie określono takiej daty w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia. **Zawiadomienie musi być ostatecznie wręczone Wykonawcy w dniu dostarczenia umowy lub w przypadku pakietu 38 zawarte w zamówieniu.**”

Prośbę swoją motywujemy tym, iż nasza firma nie ma możliwości korekty adresu dostawy w swoim systemie po wprowadzeniu zamówienia do systemu. Podstawą wprowadzenia zamówienia jest dla wszystkich pakietów oprócz pakietu 38, sama umowa. Wiele z produktów, które są wymienione w specyfikacji pakietów 6, 14, 19, 21, 23, 38 są produktami gotowymi. Po wprowadzeniu zamówienia do systemu, zamówienie w takim przypadku jest tego samego dnia procesowane przez magazyn i wysyłane do klienta. System uniemożliwia Wykonawcy dokonanie jakiegokolwiek korekty adresu dostawy.

Wykonawca jest otwarty na wszelkie propozycje zmiany adresu dostawy, niemniej informacja o właściwym adresie dostawy powinna iść równocześnie z zamówieniem, nie oddzielnym pismem w innym terminie.

W przypadku pozostałych pakietów podstawą do realizacji zamówienia jest umowa bez konieczności składania zamówienia (tylko pakiet 38 będzie realizowany w ciągu 1 roku) Wykonawca musi wykluczyć ewentualne zagrożenia realizacji dostawy niezgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

#### **Pytanie nr 5 - dotyczy wzoru umowy, § 7, ustęp 2**

Zamawiający zapisał: „Jeżeli z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie dokonano odbioru w terminie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający może złożyć reklamację.”

Uprzejmie prosimy o usunięcie tego zapisu. W przypadku odmowy, prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli formułując ten zapis. Wg interpretacji Wykonawcy „przyczynami niezależnymi” uniemożliwiającymi odbiór przesyłki może być np. „alarm bombowy” zobowiązujący pracowników Zamawiającego do opuszczenia budynku. Biorąc pod uwagę taką ewentualność Wykonawca nie za bardzo widzi podstawę do złożenia reklamacji. Dlatego też prosimy o usunięcie tego zapisu lub dodatkowe uściślenie.

#### **Pytanie nr 6 - dotyczy wzoru umowy, § 8, ustęp 1, podpunkt 1)**

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej z 1,5% do 0,2%. Prośbę swoją motywujemy tym, iż zgodnie z kodeksem cywilnym umowę powinna cechować równość stron stosunku cywilnego. Korekta, o którą prosimy, w znacznym stopniu przybliży wymagany prawem charakter umowy. W treści kodeksu cywilnego nie znajdziemy takich postanowień, które by wskazywały na preferowanie Zamawiającego zawierającego akurat umowę w sprawie zamówienia publicznego. Zasada równości stron zatem nie doznaje żadnych ograniczeń w postępowaniu o zamówienie publiczne. Także żaden zapis ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie uprawnia Zamawiającego do czynienia wyłomu w przestrzeganiu zasady równości stron i prymatu zasad zawartych w kodeksie cywilnym, przy zawieraniu umów w sprawie zamówienia publicznego. Wręcz przeciwnie, art. 14 i 139 ust. 1 ustawy Pzp odsyłają do stosowania Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej przesądzając o czysto cywilistycznym stosunku jaki powstaje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

#### **Pytanie nr 7 - dotyczy pakietu 1 zad. nr 3 projektu, poz. nr 34-52**

Uprzejmie proszę o informacje czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. od nr 34 do numeru 52 z pakietu 1 zad. nr 3 projektu – umożliwi to złożenie oferty przez producenta na pozostałe pozycje przez co wpłynie pozytywnie na zwiększenie konkurencyjności ofert i umożliwi uzyskanie niższej ceny.

#### **Pytanie nr 8 - dotyczy pakietu 1 zad. nr 3 projektu, poz. nr 44**

Produkt o nazwie Endothelin 1 nie jest oferowany w opakowaniach 1mg lecz 0,1mg. Czy w związku z tym Zamawiający miał na myśli opakowanie 0,1mg? Czy ewentualnie należy zaoferować 10x0,1mg?

#### **Pytanie nr 9 - dotyczy pakietu nr 8 zadania nr 7 projektu**

W formularzu ofertowo-cenowym jako postać Zamawiający podaje płyn w dawce 100 µl. Produkt ten dostępny jest u producenta w postaci płynu w dawce 0,1 mg. W związku z tym prosimy Zamawiającego o skorygowanie opisów w kolumnie dawka.

**Pytanie nr 10 - dotyczy pakietu nr 16 zadania nr 7 projektu**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbek o numerze katalogowym 122279 zamiast próbek o numerze katalogowym 121279? Jedyną różnicą między tymi rodzajami próbek jest taka, że próbki 122279 są samostojące a więc tym samym są wygodniejsze dla użytkownika.

Odpowiedzi:

Ad. 1. Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminów ważności dla:

- pozycji 3, pakietu 6 – do min. 8 miesięcy,

- pozycji 1, pakietu 19 – do min. 6 miesięcy.

Ad. 2. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 14 dni do 20 dni roboczych.

Ad. 3. Na potwierdzenie oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia z opisem, Zamawiający żąda tylko i wyłącznie wypełnionego i podpisanego właściwego załącznika – formularza ofertowo-cenowego ze specyfikacją techniczną. Zamawiający dopuszcza złożenie folderów dla pakietu nr 19 i 21 w języku angielskim.

Ad. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Treść §2 ust 3 umożliwia zmianę miejsca dostawy po dacie podpisania umowy i po terminie jej dostarczenia do Wykonawcy. Przyjęty zapis umożliwia niezwłoczną zmianę miejsca dostawy bez konieczności wprowadzenia zmian w umowie.

Ad. 5. Zamawiający wykreśla z wzoru umowy § 7, ustęp 2.

Ad. 6. Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kary umownej, o której mowa w pytaniu.

Ad. 7. Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 4 uPzp, zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę formularza ofertowo-cenowego dla pakietu nr 1 wyłączając poz. nr 34-52. Pozycji nr 34-52 nie należy wypełniać. Poprawny formularz dla pozycji nr 34-52 nosi nazwę: Modyfikacja - Pakiet nr 1A i stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Wadium dla pakietów wynosi:

- pakiet. 1 – 550 zł

- pakiet 1A – 450 zł

Ad. 8. Zamawiający miał na myśli opakowanie 0,1 mg – 1 szt.

Ad. 9. Zamawiający koryguje opis w kolumnie dawka. Należy dostarczyć produkt oferowany u producenta w postaci płynu w dawce 0,1 mg.

Ad. 10. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie próbek o numerze katalogowym 122279 zamiast próbek o numerze katalogowym 121279.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w oparciu o art. 38 ust. 4 uPzp, zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez wycofanie pakietu nr 2 dla zadania nr 20 (załącznik nr 1.2) z realizacji.

Powyższe stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR SZPITALA

  
prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz

**FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY**  
**MODYFIKACJA - PAKIET NR 1A - zadanie nr 3 projektu**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Postać (płyn, proszek, żel itp.)	Dawka	JM (opak./szk.)	Ilość zamawiana	Ilość dostępnych w opak.	Ilość zamówionych opak.	Cena jedn. netto	Wartość netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość brutto	Kod/nazwa własna/producent
1	SKA-31	proszek	5mg	Op.	10mg	1	2						
2	ATP magnesium salt	proszek	1g	Op.	1g	1	1						
3	Nω-Nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride	proszek	10g	Op.	10g	1	1						
4	Simvastatin	proszek	25mg	Op.	25mg	1	1						
5	Atorvastatin calcium salt trihydrate	proszek	25mg	Op.	25mg	1	1						
6	Serotonin hydrochloride	proszek	100mg	Op.	100mg	1	1						
7	Sodium nitroprusside dihydrate	proszek	25g	Op.	25g	1	1						
8	HA-1077 dihydrochloride	proszek	10mg	Op.	10mg	1	1						
9	Mevastatin	proszek	5mg	Op.	15mg	1	3						
10	Hydroxyfasudil hydrochloride hydrate	proszek	5mg	Op.	10mg	1	2						
11	Endothelin 1	proszek	1mg	Op.	1mg	1	1						
12	Indomethacin	proszek	5g	Op.	5g	1	1						
13	Dimethyl sulfoxide	płyn	100ml	Op.	200ml	1	2						
14	(RS)-Mevatonic acid lithium salt	proszek	10mg	Op.	20mg	1	2						
15	AICAR	proszek	25mg	Op.	25mg	1	1						

16	6-[4-(2-Piperidin-1-ylethoxy)phenyl]-3-pyridin-4-ylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine	proszek	5mg	Op.	10mg	1	2						
17	Nifedipine	proszek	1g	Op.	1g	1	1						
18	Dantrolene sodium salt	proszek	100mg	Op.	100mg	1	1						
19	Isoprenaline hydrochloride	proszek	5g	Op.	5g	1	1						

wartość pakietu słownie:.....

.....  
 podpis, pieczęć Wykonawcy