



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dn. 31.01.2014r.

Szp/FZ - 8/89 / 2014

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Dostawa materiałów do sterylizacji”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe zapytanie:

Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 10 poz. nr 1 papierowo – foliowych o rozmiarze 380 mm lub 420 mm?

Pytanie nr 2 - dot. Pakietu nr 10 - rękaw papierowo-foliowy z testem do sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu

1. Prosimy o dopuszczenie do oceny rękawów do sterylizacji o folii zgrzewalnej w temperaturze 180-220 °C ?
2. Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach papierowo-foliowych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm?
3. Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy?

Pytanie nr 3 – dot. pakietu nr 16 – Materiały do plazmy

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę się na wyłączenie rękawów Tyvek (poz. 1.1-1.7) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy powinno być dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.
2. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw Tyvek o szerokości 400 mm w miejsce rękawa o szerokości 420 mm?
3. Z uwagi na fakt, że rękawy do sterylizacji plazmowej występują w rolkach o różnej długości, prosimy o określenie w jaki sposób należy podać „ilość opakowań” po przeliczeniu zapotrzebowania na rolki, czy do dwóch miejsc po przecinku, czy też należy zaokrąglić do pełnych opakowań zgodnie z zasadami matematyki.

Pytanie nr 4 – dot. pakietu nr 19 poz..2.

Czy Zamawiający dopuści szczotkę posiadającą włosie ze stali nierdzewnej?

Pytanie nr 5 – dot. pakietu nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dołączenia oświadczenia producenta o zgodności z normą EN ISO 11607-2?

Pytanie nr 6 - dot. Pakietu nr 8

Czy w zastępstwie wymogu dołączenia dokumentów wydanych przez producenta potwierdzających wysoką barierę bakteriologiczną w stanie sterylnym o okresie przechowywania wyrobów sterylnych min. 60 dni, Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie certyfikatu z badań przeprowadzonych przez niezależną jednostkę notyfikowaną potwierdzającego spełnianie normy ISO 11607-1:2006, rozdział 5.1.6 a) bariera mikrobiologiczna?

Pytanie nr 7 – dot. Pakietu nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści papier krepowany pakowany po 125 arkuszy?

Pytanie nr 8 – dot. Pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści rękawy papierowo-foliowe z folią zgrzewalną w temperaturze 180-210°C ?

Pytanie nr 9 – dot. Pakietu nr 12 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści włókninę do sterylizacji w rozmiarze 1370 x 1830mm?

Pytanie nr 10 - dot. projektu umowy

1. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie słów: „ po uprzednim wezwaniu” w par. 11 wzoru umowy?

Odpowiedzi:

Ad. 1.

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 10 poz. 1 rękawów papierowo – foliowych o rozmiarze 420mm.

Ad. 2.

- 1) *Zamawiający dopuszcza rękawy do sterylizacji o folii zgrzewalnej w temperaturze 180 – 220 st.C.*
- 2) *Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.*
- 3) *Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.*

Ad. 3.

- 1) *Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z pakietu nr 16 poz. 1.1-1.7.*
- 2) *Zamawiający podtrzymuje wymóg zaoferowania rękawu Tyvek o szerokości 420mm.*
- 3) *Ilość opakowań należy podać po zaokrągleniu do pełnych opakowań zgodnie z zasadami matematyki.*

Ad. 4.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szczoteczek posiadających włosie wykonane ze stali nierdzewnej.

Ad. 5

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie w pakiecie nr 8 od wymogu dołączenia oświadczenia producenta o zgodności z normą EN ISO 11607-2.

Ad. 6

Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie w pakiecie nr 8 certyfikatu z badań przeprowadzonych przez niezależną jednostkę notyfikowaną potwierdzającego spełnianie normy ISO 11607-1:2006 – bariera mikrobiologiczna.

Ad. 7

Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 8 poz. 1 papier krepowanego pakowany po 125 arkuszy.

Ad. 8

Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 10 rękawy papierowo – foliowe z folią zgrzewalną w temperaturze 180 – 200 °C.

Ad. 9

Zamawiający nie dopuszcza w pakiecie nr 12 poz. 3 włókniny do sterylizacji w rozmiarze 1370 x 1830.

Ad.10

Zamawiający podtrzymuje zapisy dot. projektu umowy.

Powyższe stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji
mgr inż. *Madwiga Raziuk*