



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dn. 03.02.2014r.

Szp/FZ - 8/90 / 2014

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Dostawa materiałów do sterylizacji”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe zapytanie:

Pytanie nr 1 – dot. pakietu nr 16 – Materiały do plazmy

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu biologicznego do sterylizacji plazmowej pakowanego po 30 szt.?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na terminy ważności dla oferowanych materiałów jak poniżej?
 - a) poz. 2 – kasetę do sterylizacji plazmowej – termin ważności min. 10 m-c.
 - b) poz. 4 – Wskaźnik biologiczny – termin ważności min 2-m-ce,
 - c) poz. 8 – Akcelerator – Booster – termin ważności min 4 m-ce.

Pytanie nr 2 – dot. pakietu nr 1 poz. 1

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga zaoferowania etykiet zgodnych z obowiązującymi normami, a więc posiadających wskaźniki o wymiarach min 1 cm² (minimalna powierzchnia dotyczy każdego pojedynczego wskaźnika).

Pytanie nr 3 - dot. Pakietu nr 1 poz. 1

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga zaoferowania etykiet posiadaj min. 5 miejsc informacyjnych?

Pytanie nr 4 – dot. Pakietu nr 2 poz. 1

Sposób wykonania substancji wskaźnika nie ma wpływu na ocenę właściwości cyklu sterylizacji. Wskaźniki muszą jedynie dostarczyć wyraźnie dostateczny dowód ekspozycji po poddaniu działaniu czynnika sterylizującego o określonych parametrach (PNENISO 11140). Czy – wobec powyższego - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu klasy 5 o innym sposobie wykazania zmiany tj. poprzez zmianę zabarwienia wskaźnika po procesie sterylizacji?

Pytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 1 sztuki przyrządu do 2 opakowań testów (op.- 500 sztuk). Przyrządy posiadają kapsułę wykonaną ze stali kwasoodpornej i rurkę z wysokiej wytrzymałości

plastiku oraz potwierdzenie wydane przez producenta poświadczające możliwość przeprowadzenia 1000 testów z jego użyciem.

Pytanie nr 6 – dot. Pakietu nr 14

Uprzejmie prosimy o podanie nazwy autoczytnika, który posiada Zamawiający.

Pytanie nr 7 - dot. projektu umowy

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §10 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

1) za zwłokę w dostarczeniu partii towaru w wysokości **0,5%** wartości umownej brutto **nie dostarczonej w terminie partii towaru** za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości umownej brutto nie dostarczonej w terminie partii towaru**

2. Czy mając na uwadze powszechnie przyjętą na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej konstrukcyjną zasadę neutralności VAT dla podatnika - podatek ten powinien obciążać nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę) - celem uniknięcia konieczności wprowadzania zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT Zamawiający dopuszcza zmianę § 15 ust 1c Umowy poprzez umieszczenie zapisu: „ W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy, w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego aktualną (zmienioną) wysokość stawek VAT.”

Wykonawca wskazuje, iż długotrwały okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia, czyni Umowę szczególnie podatną na oddziaływania czynników cenotwórczych.

Należy wskazać, iż podatek VAT jest składnikiem ceny stanowiącym element cenotwórczy - art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm), który znajduje zastosowanie do umów w sprawach zamówień publicznych na podstawie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Cena stanowi wartość wyrażoną w pieniądzu, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.

Zastosowanie w/w klauzuli waloryzacyjnej pozwoli na utrzymanie wynagrodzenia "Wykonawcy na poziomie skalkulowanym przez Wykonawcę przy obliczaniu ceny. Z uwagi na fakt, iż zmiany stawek VAT są niezależne od Stron, Wykonawca nie może skalkulować tych zmian -oblicza cenę przy ustaleniu aktualnie obowiązującej stawki (w przypadku przeciwnym dopuściłby się błędu przy obliczaniu ceny skutkującej odrzuceniem oferty).

Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawek VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, skutkującą zmianą umowy w stosunku do oferty, co stoi w sprzeczności z prawem zamówień publicznych.

Odpowiedzi:

Ad. 1.

1. Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 16 zaoferowanie testu biologicznego do sterylizacji plazmowej pakowanego po 30 sztuk.

2. Zamawiający wyraża zgodę w pakiecie nr 16 na terminy ważności dla zaoferowanych materiałów:

poz. 2 – kaseta do sterylizacji plazmowej – termin ważności min. 10 m-c.

poz. 4 – Wskaźnik biologiczny – termin ważności min 2-m-ce,

poz. 8 – Akcelerator – Booster – termin ważności min 4 m-ce.

Ad. 2.

Zamawiający wymaga w pakiecie nr 1 poz. 1, aby wskaźnik umieszczony na etykietach był zgodny z normą PN-EN ISO 11140-1.

Ad. 3.

Zamawiający wymaga zaoferowania w pakiecie nr 1 poz. 1 etykiet posiadających 5 miejsc informacyjnych.

Ad. 4.

Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 2 poz. 1 zaoferowanie testu klasy 5 o innym sposobie wykazania zmiany – zmiana zabarwienia wskaźnika po procesie sterylizacji.

Ad. 5.

Zamawiający nie dopuszcza w pakiecie nr 2 poz. 2 1 sztuki przyrządu do 2 opakowań testów.

Ad. 6.

Nazwa autoczytnika: Atest Auto Leader 290.

Ad. 7.

1. Zamawiający podtrzymuje zapis § 10 ust. 1 projektu umowy.

2. Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Istniejący zapis §11 ust.1 „zmiany stawki podatku VAT” oznacza, iż zmiana stawki podatku VAT może skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy brutto, gdyż wynagrodzenie jest określone w wartościach brutto. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej.

Powyższe stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji
mgr inż. *Madwiga Raziuk*