



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dn. 04.02.2014r.

Szp/FZ - 8/91/2014

INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Dostawa materiałów do sterylizacji”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe zapytanie:

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 2 poz. 1

Czy w pakiecie nr 2 poz. 1 zamawiający wyrazi zgodę, aby substancja wskaźnikowa umieszczona była w dwóch niezależnych okienkach, aby dać łatwy i jednoznaczny odczyt wyniku?

Pytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 2 poz. 2

Czy w pakiecie nr 2 poz. 2 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na testy symulacyjny B&D o parametrach zgodnych z SIWZ kompatybilnych z przyrządem PCD składającym się z rurki teflonowej i kapsuły ze stali kwasoodpornej?

Pytanie nr 3 - dot. Pakietu 5 oraz 10

Czy w pakiecie nr 5 oraz 10 Zamawiający dopuści opakowania papierowo – foliowe, na których: rozmiar, kierunek otwierania, oznaczenie „ produkt jednorazowego użytku” oraz numer LOT umieszczone są od strony papieru? Ten sposób umieszczenia wskaźnika mnie ma wpływu na funkcjonalność opakowań i jest zgodny z obowiązującymi normami m.in. PN 868 cz.5, ISO 11607.

Pytanie nr 4 – dot. Pakietu nr 5 oraz 10

Czy w pakiecie nr 5 oraz nr 10 Zamawiający wymaga, aby na opakowaniach papierowo-foliowych kierunek otwierania opakowania umieszczony był wyłącznie od strony papieru? Takie umiejscowienie wymaga od personelu kontroli wizualnej pakietu od strony papieru, która jest bardziej podatna na uszkodzenia niż folia, a zatem wpływa na bezpieczeństwo stosowanych narzędzi po procesie sterylizacji.

Pytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 5

Czy w pakiecie nr 5 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki papierowo – foliowe w poniższych rozmiarach:

- poz. 3 – 7,5 x 35cm zamiast 7,5 x 39cm
- poz. 5 – 10 x 20cm zamiast 10x 19,5cm
- poz. 8 – 15x38cm zamiast 15x 39cm,
- poz. 9 – 21 x 28cm zamiast 21 x 32cm zamiast 20 x 30cm
- poz. 10 – 21 x 40cm zamiast 20 x 29cm
- poz. 11 – 30 x 38cm lub 30x42cm zamiast 30x39cm
- poz. 12 – 30 x 42cm lub 30x50cm zamiast 30 x 45cm
- poz. 13 – 40 x 60cm zamiast 40 x 45cm
- poz. 14 – 42 x 60cm lub 48 x 55cm zamiast 42 x 55cm

Pytanie nr 6 – dot. Pakietu nr 9

Czy w pakiecie nr 9 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki posterylizacyjne w rozmiarach:

- poz. 1 – 400 x 760mm zamiast 42 x 700mm
- poz. 2 – 300 x 500m m zamiast 300 x 400mm.

Pytanie nr 7 - dot. Pakietu nr 10

Czy w pakiecie nr 10 poz. 4 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękaw papierowo – foliowy szerokości 21cm?

Pytanie nr 8 – dot. Pakietu nr 13

Czy w pakiecie nr 13 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na włókninę wzmocnioną w kolorze zielonym o gramaturze 64g/m²?

Pytanie nr 9 – dot. Pakietu 16

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na składanie oferty na poszczególne pozycje w pakiecie nr 16, gdyż obecny zapis SIWZ umożliwia złożenie oferty wyłącznie jednemu oferentowi. Zmiany zapisu SIWZ i podział zdania na poszczególne pozycje pozwolą Zamawiającemu uzyskać oszczędności rzędu 50% w ww. pakiecie.

Pytanie nr 10 - dot. Pakietu 11, poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści testy z gwarancją 12 m-cy od daty produkcji? Jest to termin jaki producent przewiduje dla ww. testów.

Odpowiedzi:

Ad. 1.

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ

Ad. 2.

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ

Ad. 3.

Zamawiający dopuszcza opakowania papierowo- foliowe, na których rozmiar, kierunek otwierania, oznaczenie „ produkt jednorazowego użytku” oraz numer LOT umieszczone są od strony papieru.

Ad. 4.

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ

Ad. 5.

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ

Ad. 6.

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ

Ad. 7.

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ

Ad. 8

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ

Ad. 9

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ

Ad. 10

Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 11 poz. 1 i 2 zaoferowanie testów z gwarancją 8 m-cy od daty produkcji.

Powyższe stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk