



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Wrocław, dn. 19.03.2014r.

Szp/FZ- 28/215 / 2014

## INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  
„Dostawa rękawic chirurgicznych oraz zestawów do obłożenia pola operacyjnego”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe zapytanie:

**Pytanie nr 1** - dot. Pakietu nr 2 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do angiografii wykonany z wysokochłonnej, dwuwarstwowej włókniny poliprenowo-polietylenowej o gramaturze 56 gram/m<sup>2</sup>, spełniający wymagania normy PN EN 13795 o następującym składzie:

- 1 x serweta w rozmiarze 320 x 235 cm ze zintegrowanym panelem foliowym na pulpit sterowniczy w rozmiarze 320 x 55 cm, dodatkową warstwą chłonną w obrębie dwóch otworów przylepnych o średnicy 12 cm, wyposażonymi w folię chirurgiczną,
- 1 x serweta w rozmiarze 90 x 150 cm (stół instrumentalny),
- 1 x serweta w rozmiarze 180 x 200 cm (stanowiąca owinięcie zestawu),
- 1 x foliowy pokrowiec na sprzęt medyczny w rozmiarze 70 x 85 cm,
- 1 x foliowy pokrowiec na sprzęt medyczny w rozmiarze 80 x 100 cm,
- 2 x fartuch chirurgiczny standard w rozmiarze "L" z włókniny typu "SMS"
- 4 x serwetki celulozowe w rozmiarze 40 x 50 cm, ( jałowe, osobno pakowane )

**lub**

Czy Zamawiający w tej samej pozycji dopuści sterylny zestaw do angiografii wykonany z wysokochłonnej, trzywarstwowej włókniny poliprenowo-polietylenowej-wiskozowej o gramaturze 73 gram/m<sup>2</sup>, spełniający wymagania normy PN EN 13795 o następującym składzie:

- 1 x serweta w rozmiarze 320 x 235 cm ze zintegrowanym panelem foliowym na pulpit sterowniczy w rozmiarze 320 x 55 cm, dodatkową warstwą chłonną w obrębie dwóch otworów przylepnych o średnicy 12 cm, wyposażonymi w folię chirurgiczną,
- 1 x serweta w rozmiarze 90 x 150 cm (stół instrumentalny),
- 1 x serweta w rozmiarze 180 x 200 cm (stanowiąca owinięcie zestawu),
- 1 x foliowy pokrowiec na sprzęt medyczny w rozmiarze 70 x 85 cm,
- 1 x foliowy pokrowiec na sprzęt medyczny w rozmiarze 80 x 100 cm,
- 2 x fartuch chirurgiczny standard w rozmiarze "L" z włókniny typu "SMS"
- 4 x serwetki celulozowe w rozmiarze 40 x 50 cm,

**Pytanie nr 2** – dot. Pakietu nr 2 poz. 2:

Prosimy o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu celem zwiększenia konkurencyjności postępowania.

**Pytanie nr 3** – dot. Pakietu nr 2 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do obłożenia uniwersalnego wykonany z wysokochłonnej (nie wymagającej wzmocnień w strefie krytycznej), dwuwarstwowej włókniny poliprenowo-polietylenowej o gramaturze 56 gram/m<sup>2</sup>, spełniający wymagania normy PN EN 13795 o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół instrumentariuszki w rozmiarze 150 x 190 cm (zgodnie z SIWZ),
- 1 x serweta na stół Mayo 80 x 145 cm (zgodnie z SIWZ),
- 1 x serweta z przyklepcem 150 x 240 cm (zgodnie z SIWZ),
- 1 x serweta z przyklepcem 170 x 180 cm (wymagany rozmiar 175 x 180 cm),
- 2 x serweta z przyklepcem 75 x 90 cm (zgodnie z SIWZ),
- 1 x taśma lepna w rozmiarze 9 x 50 cm (zgodnie z SIWZ),
- 2 x ręcznik 20 x 40 cm wykonany z niepylącej włókniny kompresowej (wymagany rozmiar 30 x 40 cm),

Pozostałe wymagania Zamawiającego są zgodne z opisem SIWZ.

**Pytanie nr 4** – dot. Pakietu nr 4

Czy zamawiający dopuści sterylny zestaw obłożeń do artroskopii kolana wykonany z wysokochłonnej, dwuwarstwowej włókniny poliprenowo-polietylenowej o gramaturze 56 gram/m<sup>2</sup>, (wymagana gramatura wynosi 57,5 gram/m<sup>2</sup>) spełniający wymagania normy PN EN 13795 o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół instrumentariuszki w rozmiarze 150 x 190 cm (zgodne z SIWZ),
- 2 x ręcznik 20 x 40 cm wykonany z niepylącej włókniny kompresowej (wymagany rozmiar 30 x 40 cm),
- 1 x serweta na stół Mayo 80 x 145 cm (wymagany rozmiar 79 x 145 cm),
- 1 x serweta do artroskopii kolana 240 x 320 cm (wymagany rozmiar 230 x 320 cm) z elastycznym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm, z workiem wyposażonym w kształtkę do zbierania płynów,
- 1 x włókninowa osłona na kończynę w rozmiarze 37 x 75 cm (wymagany rozmiar 33 x 55 cm lub 22 x 75 cm),
- 2 x taśma lepna w rozmiarze 9 x 50 cm (wymagany rozmiar 10 x 50 cm),

Pozostałe wymagania Zamawiającego są zgodne z opisem SIWZ

**Pytanie nr 5** - dot. projektu umowy:

1. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie słów: „ po uprzednim wezwaniu” w par. 11 wzoru umowy?

**Pytanie nr 6** – dot. Pakietu nr 2 poz. 1:

Czy zamawiający dopuści sterylny zestaw do angiografii wykonany z wysokochłonnej, dwuwarstwowej włókniny poliprenowo-polietylenowej o gramaturze 56 gram/m<sup>2</sup>, spełniający wymagania normy PN EN 13795 o następującym składzie:

- 1 x serweta w rozmiarze 320 x 235 cm ze zintegrowanym panelem foliowym na pulpit sterowniczy w rozmiarze 320 x 55 cm, dodatkową warstwą chłonną w obrębie dwóch otworów przylepnych o średnicy 12 cm, wyposażonymi w folię chirurgiczną,
- 1 x serweta w rozmiarze 90 x 150 cm (stół instrumentalny),
- 1 x serweta w rozmiarze 180 x 200 cm (stanowiąca owinięcie zestawu),
- 1 x foliowy pokrowiec na sprzęt medyczny w rozmiarze 70 x 85 cm,
- 1 x foliowy pokrowiec na sprzęt medyczny w rozmiarze 80 x 100 cm,
- 2 x fartuch chirurgiczny standard w rozmiarze "L" z włókniny typu "SMS"
- 4 x serwetki celulozowe w rozmiarze 40 x 50 cm, ( jałowe, osobno pakowane )

**lub**

Czy zamawiający w tej samej pozycji dopuści sterylny zestaw do angiografii wykonany z wysokochłonnej, trzywarstwowej włókniny poliprenowo-polietylenowej-wiskozowej o gramaturze 73 gram/m<sup>2</sup>, spełniający wymagania normy PN EN 13795 o następującym składzie:

- 1 x serweta w rozmiarze 320 x 235 cm ze zintegrowanym panelem foliowym na pulpit sterowniczy w rozmiarze 320 x 55 cm, dodatkową warstwą chłonną w obrębie dwóch otworów przylepnych o średnicy 12 cm, wyposażonymi w folię chirurgiczną,
- 1 x serweta w rozmiarze 90 x 150 cm (stół instrumentalny),
- 1 x serweta w rozmiarze 180 x 200 cm (stanowiąca owinięcie zestawu),
- 1 x foliowy pokrowiec na sprzęt medyczny w rozmiarze 70 x 85 cm,
- 1 x foliowy pokrowiec na sprzęt medyczny w rozmiarze 80 x 100 cm,
- 1 x fartuch chirurgiczny standard w rozmiarze "L" z włókniny typu "SMS"
- 4 x serwetki celulozowe w rozmiarze 40 x 50 cm,

**Odpowiedzi:**

*Ad. 1. Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.*

*Ad. 2. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.*

*Ad. 3. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.*

*Ad. 4. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.*

*Ad. 5.*

*1) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*2) W związku z nie doprecyzowaniem, którego ust. w § 11 pytanie dotyczy, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 11.*

Powyższe stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

*mgr inż. Jacek Kasiuk*