



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Wrocław, dn. 21.03.2014r.

Szp/FZ- 28219 / 2014

## INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  
„Dostawa rękawic chirurgicznych oraz zestawów do obłożeń pola operacyjnego”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe zapytanie:

### Pytanie nr 1 - dot. Pakietu nr 2 poz. 1

Zamawiający w uszczegółowieniu przedmiotu Zamówienia akapit „wymagane parametry” opisując rodzaj włókniny, z jakiej ma być wykonana serweta główna po wyrażeniu „lub z włókniny typu” i tutaj brak jest określenia alternatywnego rodzaju włókniny. Prosimy o doprecyzowanie tej włókniny. W przypadku, jeśli nie jest to włóknina typu SMS prosimy o dopuszczenie tego rodzaju włókniny?

### Pytanie nr 2 - dot. Pakietu nr 2 poz. 1

Zamawiający w uszczegółowieniu przedmiotu Zamówienia akapit „wymagane parametry” opisując wymagania co do serwety głównej napisał „Winna posiadać min.2 otwory do wejścia w okolicach tt udowych o śr. min. 8cm (zamawiający dopuszcza 4 otwory)”

Z naszej bogatej wiedzy rynkowej, jako firmy, która zaopatruje i doradza w zakresie aseptyki zabiegów operacyjnych wielu szpitalom w Polsce wynika, że serweta do zabiegów angiograficznych z dwoma otworami umożliwi bezpieczne aseptyczne przeprowadzenie zabiegu z dostępem do tt udowych.

Dodatkowe 2 otwory w serwetach z 4 otworami umożliwiają przeprowadzenie zabiegu zarówno z poziomu dostępu do tt udowych, jaki i tt promieniowych, a więc są bardziej uniwersalną formą. Obecnie od wielu lat obserwuje się tendencję dominowania zabiegów wykonywanych techniką z dostępem do tt promieniowych, a wiele badań wykazało, że dostęp promieniowy w porównaniu z udowym jest obciążony znacznie niższą częstością BC i krótszym czasem hospitalizacji, co wpływa na bezpieczeństwo pacjenta i niższe koszty samego zabiegu.

Czy w związku z powyższym nie zaszła tutaj omyłka i Zamawiający nie tylko dopuszczał, a wymagał w serwecie głównej 4 otworów?

### Pytanie nr 3 - dot. Pakietu nr 2 poz. 2

Zamawiający wymaga zestawu uniwersalnego, w którym serweta duża 150x250 wyposażona jest w dzieloną taśmę lepłą. Czy Zamawiający dopuści serwetę dużą o wymiarach 150x240cm wyposażoną w nie dzieloną taśmę lepłą? Skład zestawu i wymiary pozostałych elementów zestawu zgodne z SIWZ?

**Pytanie nr 4** – dot. Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny który wykonany jest z materiału trójwarstwowego włóknina celulozowa/ folia PE/ włóknina wiskozowa plus dodatkowe wzmocnienie wysokochłonne wokół pola operacyjnego . Gramatura obszarów wzmocnionych mieści się w zakresie wymagań Zamawiającego. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ?

**Pytanie nr 5** – dot. Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii kolana zgodny z siwz, w którym serweta główna wykonana jest z laminatu 2-warstwowego (włóknina wiskozowa i folia polietylenowa) o gramaturze łącznej przewyższającej 57,5 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedzi:**

*Ad. 1. Zamawiający uszczegóławia zapis w pak. nr 2 poz. 1 dot. serwety głównej i przyjmuje on brzmienie: „wykonana z laminatu 3-warstw.(polietylen/polipropylen/polipropylen) lub z włókniny typu SMS”.*

*Ad. 2. Zamawiający wymaga w pakiecie nr 2 poz. 1 aby zaoferowana serweta główna posiadała 4 otwory.*

*Ad. 3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety dużej o wymiarach 150x240cm wyposażonej w niedzieloną taśmę lepłą.*

*Ad. 4. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu uniwersalnego, który wykonany jest z materiału trójwarstwowego włóknina celulozowa/ folia PE/ włóknina wiskozowa plus dodatkowe wzmocnienie wysokochłonne wokół pola operacyjnego . Gramatura obszarów wzmocnionych mieści się w zakresie wymagań Zamawiającego. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ*

*Ad. 5. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do artroskopii kolana zgodny z siwz, w którym serweta główna wykonana jest z laminatu 2-warstwowego (włóknina wiskozowa i folia polietylenowa) o gramaturze łącznej przewyższającej 57,5 g/m.*

Powyższe stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA  
Z-DA DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

*mgr inż. Jadwiga Raziuk*