



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dn. 03.04.2014 r.

Szp/FZ - 21/ 247 /2014

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: *„Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w Pracowni Naczyń Obwodowych” – Szp/FZ – 21/2014*

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe zapytanie:

Pytanie nr 1 - dot. Pakietu nr 7

Czy w Pakiecie Nr 7 Zamawiający dopuści stent nitinolowy dedykowany do tętnic podkolanowych o długości: 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100 mm, kompatybilny z koszulką 6 Fr lub 7 Fr (pozostałe parametry bez zmian) ?

Pytanie nr 2 - dot. Pakietu nr 57

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 57 poz. 1 filtru stało-czasowego p/zatorowego do żyły głównej o poniższych parametrach:

- możliwość usunięcia filtru do 12 dni po implantacji lub implantacja na stałe,
- filtr zbudowany ze szkieletu nitinolowego,
- filtr samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, naturalna średnica filtra 35 mm,
- długość filtra nierozprężonego 58 mm,
- pasujący do maksymalnie 32 mm szerokości naczynia,
- konstrukcja koszyczka filtru symetryczna, SDS (system wprowadzający) o średnicy wew 5F,
- długość zestawu 70 cm,
- filtr stosowany uniwersalnie (femoral, jugular) z podwójnym filtrowaniem,
- prowadnik filtru pokryty PTFE 0.035” z 3mm końcówką w kształcie J 150 lub 260cm długości,
- koszulka wprowadzająca o średnicy zew. 6,5F z markerami na końcówce, dobrze widocznymi w obrazie rtg.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stenu nitinolowego dedykowanego do tętnic podkolanowych o długości: 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100 mm, kompatybilnego z koszulką 6 Fr lub 7 Fr. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Pakiecie nr 57 poz. 1.

Powyższe stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAZNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. *Jedwiga Raziuk*