



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Wrocław, dn. 24.04.2014 r.

Szp/FZ - 21/ 274 /2014

## INFORMACJA NR 6 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  
*„Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w Pracowni Naczyni Obwodowych” – Szp/FZ – 21/2014*

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe zapytanie:

### **Pytanie nr 1** - dot. Pakietu nr 43

Prosimy o potwierdzenie wymaganych parametrów „Stenty samorozprężalne obwodowe, nitinolowe – 0.035”.

Ponieważ system OTW (Over The Wire) oraz RX (Rapid Exchange) są niezależnymi produktami to prosimy o doprecyzowanie parametrów:

czy Zamawiający wymaga Stenty o budowie segmentowej z termiczną pamięcią kształtu i rozmiaru, Stent wyposażony w znaczniki na końcach widoczne w promieniowaniu RTG, system dostarczania 5F typu: OTW długości od 80cm do 125 cm kompatybilny z przewodnikiem 0.035” o dostępnych średnicach stentów od 4mm do 14mm i dostępnych długościach od 20mm do 200mm oraz system dostarczenia 6F typu RX długości 135cm kompatybilny z przewodnikiem 0,035” o dostępnych średnicach od 6 do 10mm i dostępnych długościach od 40mm do 150mm.

### **Pytanie nr 2** - dot. Pakietu nr 60

Czy Zamawiający dopuszcza zaferowanie introducerów prowadzących zbrojonych do „crossowania” podziału aorty o poniższych parametrach:

Koszulki interwencyjne do „crossowania” podziału aorty:

- średnica 5F, 6F, 7F, 8F pokryte częściowo powłoką hydrofilną,
- długość powleczenia hydrofilnego w stosunku do długości koszulki: 45cm/5cm; 65cm/35cm; 90cm/15cm,
- długość wysunięcia dilatatora w stosunku do długości koszulki: 45cm/2cm; 65cm/2,5cm; 90cm/5cm,
- długość 45cm, 65cm, 90cm,
- końcówki typu: straight, jockey stiuk, multipurpose, RDC, LIMA,
- znacznik 5mm RTG na 5 końcówce,
- stalowe zbrojenie na całej długości koszulki.

### **Pytanie nr 3** – dot. pakietu nr 17

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 17:

Cewniki balonowe OTW pokrywane powłoką będącą mieszanką szelaku i paklitakselu w dawce  $3\mu\text{g}/\text{mm}^2$

- kompatybilne z przewodnikiem 0.014" i koszulką 4F dwie długości robocze 120 i 150 cm, ciśnienie nominalne – 6atm, stożkowy typ profile – 0.017", średnica shaftów: proksymalny – 3,8F; medialny - - 3,8F; dystalny – 3,1F, średnice cewnika balonowego: 2,00 – 2,5 – 3,0-3,50-4,00mm, długości: 40, 80, 120mm dla wszystkich średnic; 150mm dla średnicy 2,00-2,5-3,0-3,5mm,

- kompatybilne z przewodnikiem 0.035", dwie długości robocze 80 i 135 cm, ciśnienie nominalne – 6atm, średnice cewnika balonowego: 4,00-5,00-6,00-7,00-8,00mm, długości: 20, 40, 60, 80, 100mm dla wszystkich średnic; 120, 150mm dla średnicy 4,00-5,00-6,00-7,00

lub

Cewnik balonowy do PTA uwalniający lek antyproliferacyjny:

1. cewnik balonowy typu OTW kompatybilny z przewodnikiem 0,035" lub 0.014",
2. balon pokryty paklitakselu w dawce  $3\mu\text{g}/\text{mm}^2$  powierzchni balonu,
3. powierzchnia balonu pokryta powłoką będącą mieszanką w proporcji 1:1 leku paklitaksel (Ph.Eur.5.0) i substancji Shellac (Ph.Eur.4,8),
4. długość robocza cewnika 80 i 135 cm dla przewodnika 0.035" oraz 120 i 150 cm dla przewodnika 0,014",
5. średnice balonu: 4,00; 5,00; 6,00; 7,00 i 8,00 mm dla przewodnika 0,035" oraz 2,00; 2,50; 3,00; 3,50 i 4,00 m dla przewodnika 0,014",
6. długości balonu dla przewodnika 0,035": 20; 40; 60; 80 i 100mm dla wszystkich średnic oraz 120 i 150 mm dla średnic 4,00 – 7,00mm,
7. długości balonu dla przewodnika 0,014": 40, 80, 120mm dla wszystkich średnic i 150mm dla średnic 2,0 – 3,5mm,
8. hydrofilne pokrycie dystalnego segmentu cewnika ( 25cm),
9. balon kompatybilny z przewodnikiem 0,014": shaft proksymalny – 3,8F; shaft medialny – 3,8F; shaft dystalny – 3,1F; stożkowy tip profile – 0,017" (0,44mm),
10. nominalne ciśnienie – 6 atm,
11. niski czas deflacji.

**Pytanie nr 4** – dot. Pakietu nr 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Okluderów naczyniowych wg poniższych wymiarów:

- średnicy korka w zakresie 4 – 22 mm,
- długości w zakresie 5 – 13 mm,
- maksymalnej długości cewnika wprowadzającego 110cm,
- średnica cewnika wprowadzającego 6 – 10 F.

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający w Pakiecie nr 43 wymaga zaoferowania stentów zgodnych z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

**Odpowiedź nr 2**

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ w Pakiecie nr 60.

**Odpowiedź nr 3**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 17 zaoferowanie opisanych wyżej cewników balonowych.

**Odpowiedź nr 4**

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ w Pakiecie nr 26.

Powyższe stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk