



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ - 27/ 258 /2014

Wrocław, dnia 14.04.2014 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania na: „*Dostawę implantów ortopedycznych*”

Pytanie 1: Dot. pakietu nr 22 pozycja 3:

Czy Zamawiający dopuści tylko klamry 26° i 90° w rozmiarach 8 i 10 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza klamry 26° i 90° w rozmiarach 8 i 10 mm z zastrzeżeniem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Pytanie 2: Dot. pakietu nr 22 pozycja 4:

Czy Zamawiający dopuści śrubę, która nie jest samowiercą, a spełnia pozostałe wymogi określone w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza śrubę, która nie jest samowiercą z zastrzeżeniem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Pytanie 3: Dot. pakietu nr 30 pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści śrubę o średnicy głowy 8,5 mm i średnicy części dalszej 7,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza śrubę o średnicy głowy 8,5 mm i średnicy części dalszej 7,5 mm z zachowaniem pozostałych parametrów.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji
mgr inż. Jadwiga Raziuk