



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Wrocław, dnia 08.05.2014r.

Szp/FZ-38/296 /2014

## INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Endoskopowej”.

### Pytanie nr 1

Dotyczy wzoru umowy, paragraf 4, ustęp 3: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia faktury elektronicznej zgodnie z formatem schematu faktury przesłanej drogą elektroniczną, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy? Nasza firma korzysta ze specjalistycznego programu (system korporacyjny), który jest odpowiednio dostosowany do realizacji umów i dostaw z magazynów, nie ma zatem możliwości wystawienia faktury w wymaganym przez Państwa schemacie (istnieje jedynie możliwość przesłania faktury w wersji elektronicznej w naszym stałym schemacie).

**Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### Pytanie nr 2

Dotyczy wzoru umowy, paragraf 4, ustęp 4: Czy w przypadku braku infolinii oraz braku możliwości kontaktowania się z Apteką Szpitala w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 – 14:30, Zamawiający dopuści zapis o możliwości przesyłania zamówień do Wykonawcy mailem (elektronicznie)?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### Pytanie nr 3

Dotyczy wzoru umowy, paragraf 10, ustęp 1, podpunkt 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za zwłokę w dostarczeniu partii towaru do 0,3% wartości umowy brutto dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### Pytanie nr 4

Prosimy o udzielenie informacji: Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

**Zapytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia.**

### Pytanie nr 5

#### Dotyczy pakietu nr 1

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie1, w miejsce pierwotnych parametrów, sfinkterotomu jednorazowego użytku z rozdzielalnym kanałem dla przewodnika, uszczelniającym się po rozerwaniu co umożliwi dalsze przepłukiwanie i podawanie kontrastu, z zaokrągloną końcówką, z zagiętą cieniodajną końcówką i znacznikiem na końcu cewnika ułatwiającym

wprowadzenie. Możliwość współpracy z ultrakrótkim przewodnikiem, jak i z przewodnikiem o standardowej długości o śr. 0,021 i 0,035. Średnica cewnika 7 Fr, długość cięciwy tnącej 25mm.

**Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

*mgr inż. Jagwiga Raziuk*