



Wrocław, dn. 28.05.2014 r.

Szp/FZ-195/WROVASC/ 329 / 2014

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW dotyczy pakietu nr 28

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę drobnego wyposażenia laboratoryjnego oraz materiałów i surowców w tym: odczynniki i inne materiały.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe zapytania:

Pytanie nr 1 - dotyczy pakietu 28 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia w ramach powyższej pozycji. Wedle posiadanej przez nas wiedzy przedstawiona w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” charakterystyka wskazuje na produkt sterylny, a takowy wedle katalogu produktów firmy Axygen, występuje jedynie w wersji konfekcjonowanej w rakach i oznaczony jest numerem katalogowym TXLF-10-R-S. Jednakże jeżeli oczywista pomyłka pisarska wkradła się w cytowaną kolumnę „Opis przedmiotu zamówienia”, a Zamawiający rzeczywiście oczekuje produktu który koreluje z asortymentem oznaczonym numerem katalogowym TXLF-10, to zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie z opisu słowa sterylne. Reasumując, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania końcówek:

„o poj. 0,1-10ul, bezbarwne, sterylne z filtrem do pipet P2/P10 i Eppendorf Researche/Reference w rakach, 960 szt. Produkt firmy Axygen nr kat. TXLF-10-R-S lub równoważny”?

czy

„o poj. 0,1-10ul, bezbarwne, niesterylne z filtrem do pipet P2/P10 i Eppendorf Researche/Reference w worku, 1000 szt. Produkt firmy Axygen nr kat. TXLF-10 lub równoważny”?

Pytanie nr 2 - dotyczy pakietu 28 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia w ramach powyższej pozycji. Wedle posiadanej przez nas wiedzy, przedstawiona w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” charakterystyka wskazuje na produkt niesterylny i bez filtra, a takowy w katalogu produktów Axygen oznaczony jest numerem katalogowym TXL-10. Jednakże jeżeli oczywista pomyłka pisarska wkradła się w cytowaną kolumnę „Opis przedmiotu zamówienia”, a Zamawiający rzeczywiście oczekuje produktu który koreluje z asortymentem oznaczonym numerem katalogowym TXLF-10, to zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę opisu przez zamianę określenia „bez filtra” na z „filtrem” Reasumując, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania końcówek:



WroVasc – Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo – Naczyniowej
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

„o poj 0,1-10ul, bezbarwne, niesterylne bez filtra do pipet P2/P10 i Eppendorf Researche/Reference w worku, 1000 szt. Produkt firmy Axygen nr kat. TXL-10 lub równoważny” ?

czy

„o poj 0,1-10ul, bezbarwne, niesterylne z filtrem do pipet P2/P10 i Eppendorf Researche/Reference w worku, 1000 szt. Produkt firmy Axygen nr kat. TXLF-10 lub równoważny”?

Odpowiedzi:

Ad. 1. Zamawiający oczekuje końcówek o poj. 0,1-10ul, bezbarwne, niesterylne z filtrem do pipet P2/P10 i Eppendorf Researche/Reference w worku , 1000 szt. Produkt firmy Axygen nr kat. TXLF-10 lub równoważny.

Ad. 2. Zamawiający oczekuje końcówek o poj. 0,1-10ul, bezbarwne, niesterylne bez filtra do pipet P2/P10 i Eppendorf Researche/Reference w worku , 1000 szt. Produkt firmy Axygen nr kat. TXL-10 lub równoważny.

DYREKTOR SZPITALA


prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz

- 2 -