



Wrocław, dn. 11.06.2014 r.

Szp/FZ-195/WROVASC/351 / 2014

INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW
dotyczy pakietu nr 43

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawę drobnego wyposażenia laboratoryjnego oraz materiałów i surowców w tym: odczynniki i inne materiały.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe zapytanie:

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 6, 7, 8, opakowań 5 butelek po 1 ml i wycenę czterech takich opakowań?

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający mógłby sprecyzować jaką wielkość opakowań wymaga w pozycjach 9-15?

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie osocza liofilizowanego o stężeniu D-dimerów 3000 ng/ml ?

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający może określić w pozycji 15 do jakiego koagulometru optycznego mają być zastosowane kuwety?

Odpowiedzi:

Ad.4. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 6, 7 i 8 opakowań 5 butelek po 1 ml i wycenę 4 takich opakowań.

*Ad. 5.
poz.9: 10 buteleczek po 8 ml (to jedno opakowanie),*

*poz.10: 1 zestaw to jedno opakowanie:
odczynnik 5 buteleczek po 9 ml,
chlorek wapnia 5 buteleczek po 9 ml*

poz.11: 1 zestaw to jedno opakowanie:
bufor 2 buteleczki po 9 ml,
latex 2 buteleczki po 3 ml,
kalibrator 1 buteleczka po 1 ml

poz.12: 1 zestaw to jedno opakowanie:
rozpuszczalnik 1 buteleczka po 6 ml,
trombina 1 buteleczka po 6 ml,
substrat 1 buteleczka po 6 ml

poz.13: 1 zestaw to jedno opakowanie:
aktywator 1 buteleczka po 2,5 ml,
substrat 1 buteleczka po 2 ml,
diluent koncentrat 1 buteleczka po 4 ml

poz.14: 1 zestaw to jedno opakowanie:
koncentrat rozcieńczalnika 1 buteleczka po 9 ml,
trombina 4 buteleczki po 5 ml,

poz.15: 1 opakowanie po 500 sztuk

Ad.6.

Zamawiający w pozycji 11 nie dopuszcza zaoferowania osocza liofilizowanego o stężeniu D- dimerów 3000 ng/ml ?

Ad. 7.

W pozycji nr 15 kuwety mają być przeznaczone do aparatu Coag chrom 4000.

DYREKTOR SZPITALA

prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz

- 8 -