



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 11.06.2014 r.

Szp/FZ- 34/352 /2014

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę urządzeń różnych dla Oddziału Okulistycznego”

Pytanie Nr 1 – dotyczy zadania nr 8 – Aparat EKG z wózkiem

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z ekranem umożliwiającym podgląd 3, 6, lub 12- kanałów, w zależności od wybranego rodzaju badania?

Odpowiedź Nr 1

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dla zadania nr 8 aparatu EKG z ekranem umożliwiającym podgląd 3, 6, lub 12- kanałów, w zależności od wybranego rodzaju badania. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 2 – dotyczy zadania nr 9 - Kardiomonitor

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z trendami tabelarycznymi z 72 godzin, trendami graficznymi z 720 godzin, z zapisem 1000 pomiarów NIBP, z zapisem 200 zdarzeń alarmowych oraz zapisem 1-godz. krzywej EKG?

Odpowiedź Nr 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 3 – dotyczy zadania nr 3 – Tonometr indukcyjny elektroniczny 1szt

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na powtarzalność (współczynnik zmienności) <8%?

Odpowiedź Nr 3

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dla zadania nr 3 tonometru z powtarzalnością <8%.. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Powyższa informacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z-ca DYREKTORA
ds. Eksploatacji
Mgr Małgorzata Tobis