



Wrocław, dn. 16.06.2014 r.

Szp/FZ-195/WROVASC/366 / 2014

INFORMACJA NR 7 DLA WYKONAWCÓW
dotyczy pakietu nr 3

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawę drobnego wyposażenia laboratoryjnego oraz materiałów i surowców w tym: odczynniki i inne materiały.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe zapytanie:

Pytanie nr 14 - dotyczy pakietu 3

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 3:

- pozycji 3 cewnika balonowego o dostępnych średnicach: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0mm; dostępnych długościach 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150mm; o dostępnej długości cewnika 75 i 120cm; dostępny o ciśnieniu nominalnym balonu 6bar (600kPa); pozostałe parametry bez zmian;
- pozycji 4 introducera zawierającego w zestawie prowadnik o długości 50cm; o dostępnych średnicach 5 ,6, 7, 8F; pozostałe parametry bez zmian;
- pozycji 5 introducera zawierającego w zestawie prowadnik o długości 50cm; pozostałe parametry bez zmian;
- pozostałe pozycje bez zmian?

Odpowiedź:

Ad. 1.

Poz. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika balonowego o dostępnych średnicach: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0mm; dostępnych długościach 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150mm; o dostępnej długości cewnika 120cm; dostępny o ciśnieniu nominalnym balonu 6bar (600kPa); pozostałe parametry bez zmian. Nie dopuszcza długości cewnika 75cm.

Poz. 4. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie introducera zawierającego w zestawie prowadnik o długości 50cm; o dostępnych średnicach 5 ,6, 7, 8F; pozostałe parametry bez zmian.

Poz. 5. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie introducera zawierającego w zestawie prowadnik o długości 50cm; pozostałe parametry bez zmian.

Powyższe stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR SZPITALA

prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz

- 3 -