

Wrocław, dn. 16.06.2014 r.

Szp/FZ-195/WROVASC/ 368/2014

INFORMACJA NR 9 DLA WYKONAWCÓW
dotyczy pakietów nr 22, 33, 34, 36

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawę drobnego wyposażenia laboratoryjnego oraz materiałów i surowców w tym: odczynniki i inne materiały.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe zapytanie:

Pytanie nr 16 - dotyczy pakietu 22

Poz. 1) Czy Zamawiający dopuści tipsy spełniające wszystkie wymienione wymagania ale pakowane po 1000 szt. ?

Poz. 2) Czy Zamawiający dopuści tipsy spełniające wszystkie wymienione wymagania ale pakowane po 1000 szt. ?

Poz. 3) Czy Zamawiający dopuści próbki typu eppendorf spełniające wszystkie wymienione wymagania ale pakowane po 250 szt. ?

Poz. 4) Czy Zamawiający dopuści próbki typu eppendorf spełniające wszystkie wymienione wymagania ale pakowane po 1000 szt. ?

Pytanie nr 17 – dotyczy pakietu nr 33

Poz. 1) Czy Zamawiający dopuści próbki wirownicze spełniające wszystkie wymienione wymagania ale o maksymalnej RCF równej 10 500 x g

Pytanie nr 18 – dotyczy pakietu nr 34

Poz. 1) Czy Zamawiający dopuści krioprobówki spełniające wszystkie wymienione wymagania o średnicy 13,5 mm ?

Pytanie nr 19 – dotyczy pakietu nr 36

Poz. 1) Czy Zamawiający dopuści tipsy spełniające wszystkie przedstawione wymagania ale pakowane po 60 szt. ?

Odpowiedzi:

Ad. 16.

Poz. 1) Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania końcówek do pipet w opakowaniach po 1000 sztuk. Podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Poz.2) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie końcówek do pipet w opakowaniach po 1000sztuk. Pozostałe parametry bez zmian.

Poz. 3) Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania probówek pakowanych po 250 sztuk. Podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Poz. 4) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówek w opakowaniach po 1000 sztuk. Pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 17. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówek wirowniczych o maksymalnej RCF równej 10 500 x g spełniające wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 18. Zamawiający dopuszcza krioprobówki o średnicy 13,5mm, spełniające wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 19. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania tipsów pakowanych po 60 szt. Podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Powyższe stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego..

DYREKTOR SZPITALA


prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz

- 3 -