



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Wrocław, dnia 01.07.2014 r.

Szp/FZ- 48/ 381 /2014

## INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w Pracowni Leku Cytotoksycznego”

### Pytanie Nr 1 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 1 -3 przenośnych systemów infuzyjny wykonany z elastomerów o objętości nominalnej 250 ml; max. 265 ml, średnia prędkość przepływu:

Poz. 1- 2 ml/ godzinę

Poz. 2- 5,2 ml/ godzinę

Poz. 3- 10,4 ml/godzinę

Kodowana kolorami prędkości przepływu, z obudową blokującą promieniowanie UV do długości fali 390 nm oraz promienie UVB, UVC i większość promieni UVA, w systemie zamkniętym, z filtrem cząstek stałych oraz z dystalną końcówką typu Luer-Lock, z wbudowanym ogranicznikiem przepływu. Port do napełnienia wbudowany w kapturek zabezpieczający. System infuzyjny sprawdzony pod względem kompatybilności i stabilności ze stosowanymi produktami leczniczymi ( cytostatykami, np. 5 FU 5-50mg/ml). Infusor sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy IIB.

### Odpowiedź Nr 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Powyższa informacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk