



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 07.07.2014r.

Szp/FZ-2A/³³²/2014

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę monitorów telemetrycznych wraz z rozbudową centrali nadzoru”.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeprowadzenia przeglądów serwisowych przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wskazaniem producenta, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, (tzn. minimum dwa przeglądy w okresie trwania gwarancji) przy czym ostatni serwis powinien zostać przeprowadzony najpóźniej 3 miesiące po dacie wygaśnięcia okresu serwisowego.

Zgodnie z zaleceniami producenta oferowanego przez naszą firmę sprzętu nie wymagane jest przeprowadzanie tak częstych przeglądów, a jedynie jednego przeglądu w czasie trwania 24 miesięcznej gwarancji.

Zamawiający odstępuje od wymogu przeprowadzenia przeglądów serwisowych przedmiotu umowy nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, (tzn. minimum dwa przeglądy w okresie trwania gwarancji) przy czym ostatni serwis powinien zostać przeprowadzony najpóźniej 3 miesiące po dacie wygaśnięcia okresu serwisowego.

Zamawiający zmienia zapis w § 7 ust. 2 pkt. 1 projektu umowy i nadaje mu brzmienie:

...”przeprowadzenia przeglądu serwisowego przedmiotu umowy w trakcie trwania gwarancji zgodnie ze wskazaniem producenta...”

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk