



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Wrocław, dnia 24.07.2014r.

Szp/FZ-47/ 439/2014

## INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę aparatury różnej dla Oddziału Kardiologii Dziecięcej”.

Zadania nr 9 – Elektrokardiograf – aparat EKG 1-szt.

### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści elektrokardiograf o czułościach: 5/10/20 mm/Mv?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści elektrokardiograf o wymiarach (D x S x W): 385 x 367 x 101 mm?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści elektrokardiograf o wadze 4,5 kg?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### Pytanie nr 4 - dot. załącznika nr 6.5 do SIWZ pkt. 18

Prosimy o skorygowanie wymiarów urządzenia i dopuszczenie wymiarów gabarytowych (s x g x w): 323 x 282 x 160 mm.

**Zamawiający dopuszcza w załączniku nr 6.5 do SIWZ w pkt. 18 wymiary gabarytowe (s x g x w): 323 x 282 x 160 mm.**

### Pytanie nr 5 - Załącznik nr 6.11 do SIWZ – zestawienie wymaganych parametrów technicznych, pkt. 1.6

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiostymulator przezprzetykowy i przezskórny z modułem zasilania z wewnętrzną baterią Li-Ion zapewniającą 2 godziny pracy bez dostępu do sieci zasilającej 90-240 V~?

**Zamawiający dopuszcza do przetargu kardiostymulator przezprzetykowy i przezskórny z modułem zasilania z wewnętrzną baterią Li-Ion zapewniającą 2 godziny pracy bez dostępu do sieci zasilającej 90-240 V~.**

Pytanie nr 6 - Załącznik nr 6.11 do SIWZ – zestawienie wymaganych parametrów technicznych, pkt. 1.7

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiostymulator przezprzełykowy i przezskórny bez modułu komunikacji z komputerem personalnym wykorzystującym łącze USB?

**Zamawiający dopuszcza do przetargu kardiostymulator przezprzełykowy i przezskórny bez modułu komunikacji z komputerem personalnym wykorzystującym łącze USB.**

Pytanie nr 7 - Załącznik nr 6.11 do SIWZ – zestawienie wymaganych parametrów technicznych, pkt. 2.6

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiostymulator przezprzełykowy i przezskórny nie współpracujący z komputerem personalnym poprzez łącze USB – bez prezentacji na monitorze komputera rejestrowanych przebiegów i drukowaniu zaznaczonych fragmentów (on-line), gromadzeniu w komputerowej bazie danych całych badań lub wybranych fragmentów, przeglądaniu, analizie i drukowaniu wyników (off-line)?

**Zamawiający dopuszcza do przetargu kardiostymulator przezprzełykowy i przezskórny nie współpracujący z komputerem personalnym poprzez łącze USB – bez prezentacji na monitorze komputera rejestrowanych przebiegów i drukowaniu zaznaczonych fragmentów (on-line), gromadzeniu w komputerowej bazie danych całych badań lub wybranych fragmentów, przeglądaniu, analizie i drukowaniu wyników (off-line).**

Pytanie nr 8 - Załącznik nr 6.11 do SIWZ – zestawienie wymaganych parametrów technicznych, pkt. 3.4

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiostymulator przezprzełykowy i przezskórny z napięciem zasilania: 90-240 V~, 50 Hz, ≤90 VA?

**Zamawiający dopuszcza do przetargu kardiostymulator przezprzełykowy i przezskórny z napięciem zasilania: 90-240 V~, 50 Hz, ≤90 VA.**

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z-ca DYREKTORA  
ds. Eksploatacji

*Mgr Małgorzata Tobisz*