



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Wrocław, dnia 29.07.2014r.

Szp/FZ-47/445/2014

## INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę aparatury różnej dla Oddziału Kardiologii Dziecięcej”.

### Dot. Zadanie nr 9– elektrokardiograf

Pytanie nr 1 l.p. 14

Czy Zamawiający dopuści aparat o wymiarach w mm 407 × 312 × 125? Przy czym Zamawiający wymaga wózka jezdnego więc wymiary nie będą wpływać na funkcjonalność zestawu.

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 2 l.p. 15

Czy Zamawiający dopuści aparat o wadze 5,7kg? Przy czym Zamawiający wymaga wózka jezdnego więc waga nie będzie wpływała na funkcjonalność zestawu.

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga aby aparat miał próbkowanie do 40 000Hz (detekcja nowoczesnych kardiostymulatorów)?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga aby aparat miał możliwość rozbudowy o profesjonalną spirometrię?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga, aby aparat miał możliwość rozbudowy o oprogramowanie do komputerowego EKG m.in. z modułem QT do analizy „zespołu długiego QT” i oceny ryzyka nagłej śmierci?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wymaga aby aparat miał możliwość rozbudowy o moduł do przewodowego i bezprzewodowego przesyłania badań do komputerowej bazy badań?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wymaga, aby aparat posiadał filtr autoadaptacyjny, który automatycznie dostosowuje wartości filtrów (sieciowego, mięśniowego i izolinii) co oznacza w praktyce brak konieczności ręcznego ustawiania filtrów, łatwość obsługi i szybkość przeprowadzenia badania?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wymaga, aby aparat oferował zapis sygnału EKG w trybie automatycznym do 10 minut z maksymalnie 2 odprowadzeń bez jednoczesnego wydruku, np. do wykrywania arytmii?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wymaga, aby aparat posiadał zapis wsteczny, tzn. w momencie naciśnięcia przycisku wydruku, drukowany był zapis EKG z pamięci wewnętrznej do 10 sekund wstecz? Ma to znaczenie np. do uzyskania stabilnego wykresu przy ruchliwych pacjentach.

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

*mgr inż. Jadwiga Raziuk*