



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 01.08.2014r.

Szp/FZ-471/459/2014

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę aparatury różnej dla Oddziału Kardiologii Dziecięcej”.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w miejsce pompy dwustrzykawkowej dopuści dwustrzykawkowy zestaw pomp charakteryzujący się możliwością rozpięcia na dwie pojedyncze pompy o wadze 2,49 kg każda i wymiarach 355x115x166 mm każda?

Zmawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający poprzez określenie : biblioteka leków - rozumie możliwość wpisywania i korzystania ze spisu typowych nazw leków zawierających podstawowe parametry ich dozowania?

Biblioteka leków - to zbiór procedur dozowania, utworzony i dostosowany do specyfiki i potrzeb oddziału .Daje ona możliwość korzystania z ze spisu nazw leków zawierających „szablon” ich dozowania .

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk