



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 07.08.2014r.

Szp/FZ-471/461/2014

INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę aparatury różnej dla Oddziału Kardiologii Dziecięcej”.

Pytanie nr 1 Dotyczy zadania nr 2 Kardiomonitor kompaktowy transportowo – naścienny
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor w wadze 4,8 kg?
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 Dotyczy zadania nr 2 Kardiomonitor kompaktowy transportowo – naścienny
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji kaskady dla krzywej EKG?
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 Dotyczy zadania nr 2 Kardiomonitor kompaktowy transportowo – naścienny
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez osłony suwakowej złączka NIBP?
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 Dotyczy zadania nr 9 Elektroardiograf – aparat EKG
Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o wymiarach 345 mm x 260 mm x 80 mm oraz o wadze 4,6 kg?
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5 Dotyczy zadania nr 2 Kardiomonitor kompaktowy transportowo – naścienny

Pkt. 3- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor posiadający wszystkie certyfikaty oraz spełniający wszystkie normy medyczne i wymagane w placówkach medycznych natomiast nie będący odporny na opad wody równoważny opadowi deszcze o natężeniu 3-5 mm na minutę i trwającemu 10 minut (IPX-1)?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6 Dotyczy zadania nr 2 Kardiomonitor kompaktowy transportowo – naścienny

Pkt. 10- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor posiadający pomiar temperatury z dwóch miejsc jednocześnie natomiast nie posiadający pomiaru temperatury różnicowej?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk