



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 07.08.2014r.

Szp/FZ-47/462/2014

## INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę aparatury różnej dla Oddziału Kardiologii Dziecięcej”.

Dotyczy: zadanie nr 10 (Echokardiograf USG z głowicami)

### Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów rozdziału III, ust. 6, pkt 5 SIWZ oraz paragrafu 6, ust. 2, pkt 5 projektu umowy z:

"wymiany sprzętu medycznego na nowy w przypadku 3 awarii powodujących jego wyłączenie z eksploatacji, w okresie jednego roku trwania gwarancji"

na:

"wymiany danej części lub podzespołu sprzętu medycznego na nowy w przypadku 3 awarii tej części lub podzespołu, powodujących jego wyłączenie z eksploatacji, w okresie jednego roku trwania gwarancji".

Pozostawienie pierwotnego zapisu znacznie podroży koszt zakupu urządzenia dla Zamawiającego, albowiem Wykonawca będzie musiał w kalkulować konieczność ewentualnej wymiany w cenę swojej oferty.

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie wymaganego terminu dostawy aparatu USG do 6 tygodni lub zrezygnuje z naliczania kar umownych, o których mowa w paragrafie 8 ust 1, pkt 2 wzoru umowy w przypadku zapewnienia na czas przedłużającej się dostawy urządzenia zastępczego?

Pragniemy zwrócić uwagę, że aparat, który zamierza kupić Zamawiający to urządzenie najwyższej klasy, produkowane i konfigurowane w fabryce producenta na indywidualne zamówienie. W przypadku takiego urządzenia termin dostawy równy 30 dniom jest zbyt krótki na jego wyprodukowanie oraz dostarczenie z fabryki do Zamawiającego.

**Zamawiający wydłuża termin dostawy aparatu USG( Zadanie nr 10 ) do 45 dni od dnia podpisania umowy .**

### Jednocześnie Zamawiający koryguje:

- zapisy SIWZ w Rozdziale V - termin wykonania zamówienia:

### Było:

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

**Powinno być:**

**1. Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:**

- 1) dla zadanie nr 1 - 9, 11 30 dni od dnia podpisania umowy,
- 2) dla zadania nr 10 45 dni od dnia podpisania umowy.

- **Zapisy wzoru umowy w § 2 pkt. 1**

**Było:**

**1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.**

**Powinno być:**

**1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie:**

- 1) dla zadanie nr 1 - 9, 11 30 dni od dnia podpisania umowy,
- 2) dla zadania nr 10 - 45 dni od dnia podpisania umowy.

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji  
*mgr inż. Andwiga Raziuk*