



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Wrocław, dnia 22.08.2014 r.

Szp/FZ- 50/484 /2014

## INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę aparatury i urządzeń medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”

**Pytanie Nr 1** - dotyczy Zadania nr 14.1 - Stetoskop typu Littmann Kardiologiczny – 8 szt.

Prosimy o doprecyzowanie parametrów wymaganego sprzętu:

Prosimy o wybranie typu głowicy stetoskopu kardiologicznego:

1. dwustronna, z membrana dla dorosłych i dla dzieci
2. jednostronna, płaska, okrągła
3. jednostronna, płaska, owalna

**Odpowiedź Nr 1**

*Zamawiający wymaga zaoferowania w Zadaniu nr 14.1 stetoskopu typu Littmann kardiologicznego z głowicą jednostronną, płaską, okrągłą.*

**Pytanie Nr 2** - dotyczy Zadania nr 14.1 - Stetoskop typu Littmann Kardiologiczny – 8 szt.

Czy Zamawiający wymaga aby stetoskop kardiologiczny posiadał następujące cechy:

- głowica i liry wykonane ze stali nierdzewnej
- dreny z miękkiej gumy, w wielu kolorach o długości 54 cm (+/- 2 cm)
- miękkie samouszczelniające się oliwki w kolorze czarnym lub szarym
- membrana dwutonowa, tj. otoczona takim gumowym pierścieniem umożliwiającym lepszą jakość osłuchu
- w zestawie drugi komplet miękkich oliwek

**Odpowiedź Nr 2**

*Zamawiający wymaga zaoferowania w Zadaniu nr 14.1 stetoskopu typu Littmann kardiologicznego o niżej podanych parametrach:*

- głowica i liry wykonane ze stali nierdzewnej,
- dreny z miękkiej gumy, w wielu kolorach o długości 54 cm (+/- 2 cm),
- miękkie samouszczelniające się oliwki w kolorze czarnym lub szarym,
- membrana dwutonowa, tj. otoczona takim gumowym pierścieniem umożliwiającym lepszą jakość osłuchu,
- w zestawie drugi komplet miękkich oliwek.

**Pytanie Nr 3** - dotyczy Zadania nr 14.2 - Stetoskop typu Littmann Pediatryczny – 2 szt.

Czy Zamawiający wymaga aby stetoskop pediatryczny posiadał następujące cechy

- głowica i liry wykonane ze stali nierdzewnej
- dreny z miękkiej gumy, w wielu kolorach o długości 60 cm (+/- 3 cm)

- miękkie samouszczelniające się oliwki w kolorze czarnym lub szarym
- membrana dwutonowa, tj. otoczona takim gumowym pierścieniem umożliwiającym lepszą jakość osłuchu o średnicy 34 mm
- w zestawie drugi komplet miękkich oliwek oraz membrana

**Odpowiedź Nr 3**

Zamawiający wymaga zaoferowania w Zadaniu nr 14.2 stetoskopu typu Littmann pediatrycznego o niżej podanych parametrach:

- głowica i liry wykonane ze stali nierdzewnej,
- dreny z miękkiej gumy, w wielu kolorach o długości 60 cm (+/- 3 cm),
- miękkie samouszczelniające się oliwki w kolorze czarnym lub szarym,
- membrana dwutonowa, tj. otoczona takim gumowym pierścieniem umożliwiającym lepszą jakość osłuchu o średnicy 34 mm,
- w zestawie drugi komplet miękkich oliwek oraz membrana.

**Pytanie Nr 4** - dotyczy Zadania nr 14.2 - Stetoskop typu Littmann Neonatologiczny – 1 szt.

Czy Zamawiający wymaga aby stetoskop neonatologiczny posiadał następujące cechy

- głowica i liry wykonane ze stali nierdzewnej
- dreny z miękkiej gumy, w wielu kolorach o długości 60 cm (+/- 3 cm)
- miękkie samouszczelniające się oliwki w kolorze czarnym lub szarym
- membrana średnicy 28 mm
- w zestawie drugi komplet miękkich oliwek oraz membrana

**Odpowiedź Nr 4**

Zamawiający wymaga zaoferowania w Zadaniu nr 14.3 stetoskopu typu Littmann neonatologicznego o niżej podanych parametrach:

- głowica i liry wykonane ze stali nierdzewnej,
- dreny z miękkiej gumy, w wielu kolorach o długości 60 cm (+/- 3 cm),
- miękkie samouszczelniające się oliwki w kolorze czarnym lub szarym,
- membrana średnicy 28 mm,
- w zestawie drugi komplet miękkich oliwek oraz membrana.

Powyższa informacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk