



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dn. 15.09.2014r.

Szp/FZ - 59/520 2014

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Dostawa aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe zapytanie:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy aparat do fakoemulsyfikacji i witrektomii tylnej / przedniej o charakterystyce jak niżej:

- głowica do fakoemulsyfikacji z ruchami wzdłużnymi
- bez głowicy do implantacji soczewek
- pęseta do diatermii bipolarna oraz endodiatermia
- zakres podciśnienia do 600 mmHg
- napęd pneumatyczny lub elektromagnetyczny witrektomów 20, 23, 25 Ga
- możliwość pracy witrektomu do 6000 cięć/min (12.000 cięć /min dla 23 Ga)
- możliwość sygnalizacji dźwiękowej zmiany parametrów
- atestowanakaseta jednodniowa do zabiegów fakoemulsyfikacji i witrektomijnych
- możliwość stosowania standardowych butelek z płynem irygacyjnym
- stabilizacja ciśnienia w komorze przedniej na programowalnym poziomie przy pomocy układu pneumatycznego

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Powyższe stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk