



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Wrocław, dnia 24.09.2014r.

Szp/FZ-60/ 540/2014

## INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę systemu do pośredniej radiografii cyfrowej”.

### Pytanie nr 1

W pkt III.4 Specyfikacji Zamawiający wymaga m.in., aby zaoferowany przedmiot zamówienia był wyprodukowany po 1 stycznia 2014 roku. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie w ramach przedmiotu zamówienia fabrycznie nowych elementów skompletowanych w 2014 roku, z których część może być wyprodukowana w 2013 roku? Na całość systemu CR składa się szereg elementów, z których np. monitory, zasilacze UPS lub stacje robocze są przez ich producentów produkowane seriami – często nie są one produkowane nawet przez kilka miesięcy z uwagi na istnienie dużych stanów magazynowych, przez co nie ma gwarancji, że zamawiając takie urządzenie u producenta będzie ono miało datę produkcji z bieżącego roku.  
**Zamawiający dopuszcza, aby część elementów składających się na zaoferowany przedmiot zamówienia była wyprodukowana po 01.01.2013r.**

### Pytanie nr 2

W pkt III.6.e Specyfikacji oraz w § 6 pkt 2.5 Załącznika nr 2 Zamawiający wymaga wymiany systemu na nowy w przypadku 3 awarii powodujących jego wyłączenie z eksploatacji w okresie jednego roku trwania gwarancji. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by wymiana dotyczyła elementu systemu (urządzenia), który uległ w okresie trwania gwarancji trzykrotnej awarii tego samego rodzaju powodującej wyłączenie systemu z eksploatacji?

### Pytanie nr 3

W pkt III.7 Specyfikacji oraz w § 6 pkt 4 Załącznika nr 2 Zamawiający wymaga dostępu do części zamiennych do przedmiotu zamówienia w okresie 10 lat. W dobie tak szybkiego rozwoju technologii informatycznych w ciągu 10 lat następuje kilkukrotna zmiana w technologiach wytwarzanych komponentów komputerowych. Żądanie dostępności części do komputerów starszych niż 2-3 lata nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Koszty wynikające z konieczności nabycia i magazynowania przez 10 lat komponentów komputerowych są wyższe niż koszt wymiany sprzętu komputerowego na nowy, wykonany w nowszej już technologii (czyli szybszy). Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego, jeśli oferowane licencje oprogramowania medycznego nie są przywiązane do żadnego z komponentów stacji roboczych?  
**Zamawiający odstępuje od wymogu dostępu do części zamiennych do przedmiotu zamówienia w okresie 10 lat w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego, jeżeli zaoferowane licencje oprogramowania medycznego nie są przywiązane do żadnego z komponentów stacji roboczej.**

**Pytanie nr 4**

W pkt III.8 Specyfikacji oraz w § 6 pkt 3 Załącznika nr 2 Zamawiający wymaga wznowienia gwarancji w przypadku wymiany systemu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by wznowienie gwarancji dotyczyło tylko wymienionego elementu systemu (urządzenia)?

**Pytanie nr 5**

Zamawiający wymaga wymiany systemu na nowy w przypadku 3 awarii powodujących jego wyłączenie z eksploatacji w okresie jednego roku trwania gwarancji. Czy odnosi się to do 3 awarii o tej samej przyczynie?

**Pytanie nr 6**

Zamawiający wymaga wymiany systemu na nowy w przypadku 3 awarii powodujących jego wyłączenie z eksploatacji w okresie jednego roku trwania gwarancji. Prosimy o wyjaśnienie,

- a) czy chodzi o wymianę elementu systemu (urządzenia), którego dotyczyła awaria powodująca wyłączenie systemu z eksploatacji?
- b) czy określenie „3 awarii powodujących wyłączenie systemu” należy rozumieć jako 3 awarie tego samego elementu systemu?

**Odpowiedź na pytania nr 2,4,5,6**

***Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do pośredniej radiografii cyfrowej. System składa się z elementów, które są odrębnymi, współpracującymi ze sobą urządzeniami.***

***Zamawiający koryguje zapisy w SIWZ :***

***W pkt III.6.e Specyfikacji oraz w § 6 pkt 2.5 Załącznika nr 2 i nadaje im brzmienie:***

***„wymiany elementu systemu ( urządzenia ) na fabrycznie nowy w przypadku 3 jego awarii powodujących wyłączenie systemu z eksploatacji w okresie trwania gwarancji...”***

***W pkt III.8 Specyfikacji oraz w § 6 pkt 3 Załącznika nr 2 i nadaje mu brzmienie:***

***„W przypadku konieczności wymiany elementu systemu ( urządzenia ) na nowy, gwarancja na element jest wznowiana...”***

**Pytanie nr 7**

Czy w ramach wymaganego w pkt III.16 Specyfikacji podłączenia oferowanego systemu do systemu RIS Zamawiający wymagać będzie stworzenia nowej pracowni diagnostycznej w systemie RIS?

***Zamawiający nie będzie wymagał stworzenia nowej pracowni diagnostycznej w systemie RIS.***

**Jednocześnie Zamawiający koryguje zapisy w formularzu asortymentowo cenowym stanowiącym Załącznik nr 1.1 do oferty.**

**Formularz po korekcie w załączeniu.**

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji  
mgr inż. Jadwiga Raziuk

