



Wrocław, dn. 25.09.2014 r.

Znak postępowania: Szp/FZ-199/WroVasc/2014

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

*Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego  
prowadzonego*

*przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu  
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. H. Kamieńskiego 73a*

**NA DOSTAWĘ, MONTAŻ, PRZETESTOWANIE ORAZ  
INSTRUKTAŻ WDROŻENIOWY SYSTEMU DO  
ANALIZY BIAŁEK WRAZ Z WYPOSAŻENIEM.**

DYREKTOR/SZPITALA

*prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz*.....

Zatwierdzam



## SPIS TREŚCI

I. INFORMACJE OGÓLNE.....	3
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.....	3
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .....	3
IV. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE / OFERTA WARIANTOWA / ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE.....	4
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.....	4
VI. DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA, A TAKŻE WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.....	4
VII. OFERTA WSPÓLNA.....	5
VIII. WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO, DODATKOWE INFORMACJE.....	6
IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.....	6
X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.....	7
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.....	7
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.....	7
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT .....	8
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.....	9
XV. POPRAWIANIE OMYŁEK W TRESCI OFERTY.....	9
XVI. KRYTERIUM OCENY OFERT.....	10
XVII. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.....	10
XVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.....	11
XIX. PROJEKT UMOWY.....	11
XX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.....	11

## I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. H. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław, adres do korespondencji: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, ul. H. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław.
2. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 (projekt pod nazwą „WROVASC – Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej”), Nr umowy POIG.01.01.02-02-001/08.
3. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.
4. Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 14:30.
5. Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą SIWZ wraz ze wszystkimi dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego.
6. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2014 poz. 121), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

## II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia poniżej 207 tys. euro.
2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  - 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) zwana dalej uPzp,
  - 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2013 nr 2, poz. 231),
  - 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 1692),
  - 4) Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych (Dz. U. 2010 nr 107, poz. 697 z późn. zm.).

## III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, zamontowanie, uruchomienie i przetestowanie oraz dodatkowo instruktaż wdrożeniowy dla użytkowników systemu do analizy białek wraz z wyposażeniem. Wszystkie zamawiane elementy wyposażenia powinny być fabrycznie nowe, wyprodukowane po 1 stycznia 2013. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ.
2. Kod CPV:  
*38.00.00.00-5 – sprzęt laboratoryjny, optyczny, precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)*  
*33.10.00.00-1 – urządzenia medyczne*
3. W zakresie w/w dostawy Wykonawca może podzlecić jej wykonanie podwykonawcom biorąc pełną odpowiedzialność za ich jakość, terminowość i rzetelność.
4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia z terminem gwarancji nie krótszym niż 24 miesiące liczone od daty odbioru.
5. Serwis urządzeń będzie realizowany przez podmiot upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności.

6. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę.
7. Opis oferowanego systemu nie powinien budzić żadnej wątpliwości Zamawiającego. Z opisu powinno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach, jakie wymaga Zamawiający lub parametrach lepszych, poprzez dokładne wskazanie parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia wg punktów wyszczególnionych przez Zamawiającego w kolumnie nr 3 załącznika nr 6 do SIWZ.
8. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia.
9. Dostarczone urządzenia muszą posiadać znak CE na potwierdzenie, że spełniają wszystkie stosowne wymagania prawne obowiązujące w UE tj. wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia czy środowiska naturalnego.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych. Pod pojęciem oferty równoważnej Zamawiający rozumie przedmiot zamówienia o parametrach takich samych jak opisane w opisie Zamawiającego lub o wyższych parametrach niż wymagane.

#### **IV. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE / OFERTA WARIANTOWA / ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE**

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

#### **V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

- Termin dostawy przedmiotu zamówienia: do 30 dni od daty podpisania umowy.

#### **VI. DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA, A TAKŻE WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  - a. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 uPzp;
  - b. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 uPzp.

Wykonawcy muszą złożyć n/w dokumenty i oświadczenia:

Lp.		DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA
A	<b>BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oświadczenia z art. 24 uPzp – Załącznik nr 3 do SIWZ.</li> <li>2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 uPzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.</li> </ol>
B	<b>WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU</b>	<p style="text-align: center;"><b>OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKU</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oświadczenia z art. 22 uPzp – Załącznik nr 4 do SIWZ.</li> </ol>
C	<b>POTWIERDZENIE, ŻE OFEROWANE</b>	<b>DOKUMENTY I/LUB OŚWIADCZENIA</b>

<p><b>DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, Zamawiający żąda:</b></p>	<p>Próbki, <u>opisy</u> lub fotografii produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, tj.:</p>
<p><i>szczegółowego i jednoznacznego opisu oferowanego przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 – pozwalającego stwierdzić zgodność z opisem przedmiotu zamówienia</i></p>	<p>Wykonawca przedkłada szczegółowy i jednoznaczny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, pozwalający stwierdzić zgodność z opisem przedmiotu zamówienia – odpowiednio wypełniony (Kolumna 3) i podpisany Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykonawca wskazuje nazwę, model, producenta, kraj pochodzenia, rok produkcji oraz opis oferowanych parametrów.</p>

Niespełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: „spełnia-nie spełnia” na podstawie złożonych dokumentów.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w:
  - pkt 1.A.2, niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
  - dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Punkt 2b stosuje się odpowiednio.
4. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.A.1-2, pkt 1.C.1 niniejszego rozdziału są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Pozostałe dokumenty należy złożyć w formie oryginału (m.in.: formularz ofertowy, oświadczenie z art. 22 uPzp, informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5).
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

## **VII. OFERTA WSPÓLNA**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilka podmiotów, każdy z nich zobowiązany jest przedstawić dokumenty wymienione w rozdz. V pkt 1.A.1-2, natomiast oświadczenie wymienione w pkt 1.C podmioty składają wspólnie, tj.: warunki w nim określone są spełnione, gdy podmioty składające ofertę spełniają je łącznie.
2. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
  - 1) Partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów;
  - 2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów.

- 3) Każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 Pzp (załącznik nr 3) oraz musi złożyć odnoszący się do niego dokument wymieniony w pkt 1.A rozdziału VI oraz informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej j – załącznik nr 5.
- 4) Partnerzy Konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają wymagania art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Pzp.
- 5) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

#### **VIII. WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO, DODATKOWE INFORMACJE**

1. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem na swój koszt i ryzyko do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Laboratorium Naukowe ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław – z dopiskiem WROVASC.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### **IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

1. Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 uPzp wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane będą za pośrednictwem faksu i/lub poczty elektronicznej zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę.
2. Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuje na wniosek Wykonawcy. Dokumentację w formie papierowej można odebrać osobiście w siedzibie WSS (ul. Kamieńskiego 73a, Wrocław) lub Zamawiający wyśle SIWZ pocztą na wskazany adres, zgodnie ze złożonym wnioskiem. Zamawiający nie wyznacza ceny za SIWZ.
4. Pytania odnośnie zapisów SIWZ, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy przesłać:
  - na numer faksu (71/32-70-425);
  - i/lub drogą elektroniczną – [zp@wssk.wroc.pl](mailto:zp@wssk.wroc.pl) oraz [trela@wssk.wroc.pl](mailto:trela@wssk.wroc.pl)
5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 2 uPzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawnienia źródła zapytania) zamieści na stronie internetowej <http://wssk.wroc.pl/pp/>. Tym samym wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.
6. Adres do korespondencji listownej:

*Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
ul. Kamieńskiego 73a  
51-124 Wrocław  
z dopiskiem: postępowanie nr Szp/FZ-199/WROVASC/2014*

## X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

## XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

## XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wymagania podstawowe.
  - 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  - 2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
  - 3) Oferta musi być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
  - 4) Umocowanie osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego umocowane.
  - 5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, z zastrzeżeniem punktu 4 powyżej, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
  - 6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego podpisu.
  - 7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Forma oferty.
  - 1) oferta sporządzona zostanie czytelnie w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności;
  - 2) formularz ofertowy Załącznik Nr 1 napisany będzie na komputerze lub w inny sposób trwały oraz podpisany przez osobę(y) uprawnioną(e) na podstawie odrębnych przepisów do składania oświadczeń woli - reprezentowania firmy na zewnątrz;
  - 3) zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Powyższe zalecenie ma charakter porządkowy;
  - 4) wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę;
  - 5) oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ aktualne dokumenty – oryginały lub czytelne kopie, poświadczone za zgodność z oryginałami przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania firmy na zewnątrz – podpisującą (e) Ofertę;

- 6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b uPzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

### **3. ZAWARTOŚĆ OFERTY.**

- 1) Oferta musi się składać z:
- a) dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale VI SIWZ,
  - b) formularza ofertowego Wykonawcy Załącznik Nr 1 wraz z wypełnionym formularzem ofertowo-cenowym – Załącznik Nr 1.1,
  - c) informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5.

Zaleca się, aby Formularz ofertowy wraz z załącznikami (wszystkie wymagane niniejsza SIWZ dokumenty) był zszyty lub spięty w sposób utrudniający jego zdekompletowanie.

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- a) *Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.*
  - b) *Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp, tj.: m. in.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.*

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu druku formularza ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne odesyłać.

### **XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami j.w. należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy. Na kopercie należy umieścić informacje:

Nazwa i adres Wykonawcy

**OFERTA PRZETARGOWA –  
DOSTAWA, MONTAŻ, PRZETESTOWANIE ORAZ INSTRUKTAŻ  
WDROŻENIOWY SYSTEMU DO ANALIZY BIAŁEK WRAZ Z  
WYPOSAŻENIEM**

**Szp/Fz-199/WroVasc/2014**

Uwaga:

„Nie otwierać przed dniem **14.09.2014 r. godz. 10:00**”

Oferta zawiera ..... kart – ilość kart zastrzeżonych .....

2. Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, należy przesać lub złożyć w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, Budynek nr 10 **do godziny 09:00 do dnia 14.09.2014 r.**
3. Celem dokonania zmian bądź poprawek Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.



4. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta powinna być dodatkowo opisana „zmiana” lub „wycofanie”.
5. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie.
6. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia oferty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
7. W przypadku oferty złożonej po wyznaczonym terminie, Zamawiający zwraca ją zgodnie z art. 84 ust. 2 uPzp.
8. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
9. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.09.2014 r. o godz. 10:00** w Klubie „ROTARY” w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a we Wrocławiu.
10. W części jawnej, przy udziale osób zainteresowanych, nastąpi:
  - podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  - zbadanie nienaruszalności ofert,
  - otwarcie ofert w kolejności ich złożenia,
  - ogłoszenie nazwy i adresu firmy, której oferta jest otwierana oraz ceny ofertowej.
11. Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 Ustawy Zamawiający prześle Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.
12. W dalszej niejawnej części Zamawiający zbada ważność ofert, spełnienie warunków wymaganych od Wykonawców oraz dokona ich oceny w oparciu o przyjęte kryterium.
13. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą one być udostępniane.

#### **XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

1. Cenę ofertową należy podać w PLN wraz z właściwym podatkiem VAT, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.  
UWAGA: Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
2. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

#### **XV. POPRAWIANIE OMYŁEK W TREŚCI OFERTY**

1. Zamawiający poprawi w tekście oferty:
  - a) oczywiste omyłki pisarskie;
  - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
  - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. Przez „oczywistą omyłkę rachunkową” Zamawiający rozumie omyłkę w przeprowadzeniu rachunków na liczbach, dotyczącą obliczenia ceny, przy czym musi mieć ona charakter oczywisty. Jeżeli charakter omyłki i okoliczności jej popełnienia wskazują, iż każdy racjonalnie działający Wykonawca, który składa ofertę z zamiarem uzyskania

zamówienia publicznego, złożyłby ofertę o odmiennej (poprawnej) treści Zamawiający uzna, iż omyłka ma charakter „oczywisty”. Jako dopuszczalne oczywiste omyłki rachunkowe Zamawiający uzna:

- a) błędne obliczenie kwoty prawidłowo podanej w kalkulacji cenowej stawki podatku od towarów i usług;
  - b) błędne zsumowanie w kalkulacji cenowej wartości: netto, VAT, brutto.
3. Za omyłkę określoną w punkcie 1 c) Zamawiający uzna m. in. sytuację, w której cena brutto podana słownie nie odpowiada cenie brutto podanej liczbą. Zamawiający przyjmie za właściwą, cenę obliczoną prawidłowo, wynikającą z sumowania wartości netto i podatku VAT.
  4. W przypadku błędnego wyliczenia wartości brutto, Zamawiający uzna za prawidłowo wyliczoną cenę jednostkową za poszczególne asortymenty. Uwzględniając powyższe założenie, Zamawiający dokona kolejnych działań matematycznych (mnożenia, sumowania) i tak obliczoną cenę przyjmie jako cenę wynikającą z formularza ofertowego/formularza asortymentowo-cenowego.

## **XVI. KRYTERIUM OCENY OFERT**

1. Po stwierdzeniu ważności ofert oraz spełnieniu wymagań niniejszej SIWZ, Komisja Przetargowa Zamawiającego dokona oceny merytorycznej ofert w oparciu o kryteria, o których mowa poniżej. Kryteria oceny i ich waga.

Oferowana cena ogółem brutto za całość przedmiotu zamówienia określonego w danym pakiecie - 100 %

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny:

Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru:  $(C_{\min} : C_n) \times 100$

gdzie:

$C_{\min}$  - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nieodrzuconych

$C_n$  - cena ogółem brutto ocenianej oferty

gdzie 1 % = 1 pkt

2. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.
3. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów.

## **XVII. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA**

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców zgodnie z art. 92 uPzp. Z Wykonawcą, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa zgodna ze wzorem umowy, załączonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. 2 uPzp, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
5. W przypadku, gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.
6. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 uPzp.

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostanie w Biuletynie Zamówień Publicznych.

### **XVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

### **XIX. PROJEKT UMOWY**

1. Jako odrębny załącznik nr 2 do SIWZ, Zamawiający zamieścił projekt umowy, która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Na podstawie art. 144 uPzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy oraz określa warunki tych zmian przez wprowadzenie do zawartej umowy w szczególności następujących aneksów:
  - a. aneks dotyczący terminu dostawy – możliwość przedłużenia terminu realizacji dostawy w przypadku zmian terminów wykonania badań naukowych, dla których niezbędny jest dostarczany przedmiot umowy.

### **XX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ**

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI Pzp.

*Załączniki do SIWZ:*

*Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy*

*Załącznik nr 1.1 – Formularz ofertowo-cenowy*

*Załącznik nr 2 – Projekt umowy*

*Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania*

*Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy z art. 22.1 uPzp*

*Załącznik nr 5 – Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej*

*Załącznik nr 6 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia*

....., dn. ....

miejsowość

**Zamawiający:**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we  
Wrocławiu  
ul. H. Kamieńskiego 73a  
51-124 Wrocław

## FORMULARZ OFERTOWY

### I. DANE WYKONAWCY

1. Nazwa Wykonawcy: (**Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum**)

2. Siedziba Wykonawcy:

ul: ..... kod: ..... miejscowość: .....

3. Adres do korespondencji:

ul: ..... kod: ..... miejscowość: .....

4. NIP: ..... 5. REGON: .....

6. TEL: 0 - ..... 7. FAX: 0 - .....

8. MAIL: .....

9. OSOBA DO KONTAKTÓW: ..... 10. TEL.: .....

10. OSOBA/-Y UPOWAŻNIONA/-E DO PODPISANIA UMOWY .....

Konsorcjum z (**jeżeli dotyczy**):

A) Nazwa Partnera:

B) Siedziba Partnera:

ul: ..... kod: ..... miejscowość: .....

### II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Oferta dotyczy zamówienia publicznego nr postępowania Szp/FZ-199/WROVASC/2014 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **DOSTAWA, MONTAŻ, PRZETESTOWANIE ORAZ INSTRUKTAŻ WDROŻENIOWY SYSTEMU DO ANALIZY BIAŁEK WRAZ Z WYPOSAŻENIEM.**

### III. CENA

**Cena oferty zgodnie z formularzem cenowym wynosi dla:**

**Cena netto** .....zł

**podatek VAT** .....% = .....zł

**Cena brutto** .....zł

**Słownie:** .....

Na oferowany przedmiot zamówienia udzielam ...\* miesięcznej gwarancji liczonej od daty odbioru.

\*) wpisać okres gwarancji – w przypadku niewypełnienia pola Zamawiający przyjmie zaoferowanie przez Wykonawcę minimalnego okresu gwarancji określonego w SIWZ w rozdz. III pkt 4

#### IV. POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami zawartymi w SIWZ Szp/FZ-199/WROVASC/2014, ze wszystkimi załącznikami do SIWZ w tym z projektem umowy, akceptuje je bez zastrzeżeń oraz uzyskał informacje konieczne do przygotowania oferty.
2. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terenie RP. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie powyższego posiada ważne dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem oraz dostarczy je do wglądu na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy - *jeżeli dotyczy*.
4. Reklamację należy przekazać Wykonawcy na numer faksu ..... lub pocztą elektroniczną na adres .....
5. Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy: ..... tel. ....

#### V. PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)

NASTĘPUJĄCE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODZLECIMY PODWYKONAWCOM	
L.P.	OKREŚLENIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
1	

#### VI. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

**KORZYSTAJĄC** z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień z dnia 29.01.2004 r. publicznych zastrzegamy, że informacje:

.....  
(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach:

.....  
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (*Tekst jednolity z 2003 roku, Dz. U. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.*) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

**Uwaga:** Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem „**tajemnica przedsiębiorstwa**” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji zamieszczone stosowne odsyłacze.

.....  
miejsowość, data

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



## UMOWA - WZÓR

współfinansowana przez Unię Europejską  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu  
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013  
(projekt pod nazwą „WroVasc – Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej”

zawarta w dniu ..... we Wrocławiu

pomiędzy:

1. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 895-16-45-574, Regon 000977893

reprezentowanym przez:  
prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz - Dyrektor

zwanym dalej „Zamawiający”

a

2. .... NIP .....,  
REGON ..... zwanym dalej „Wykonawca” reprezentowanym  
przez.....

### § 1

1. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy Szp/FZ-199/WROVASC/2014) zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca dostarczy ....., w asortymencie w ilości oraz w cenach jednostkowych zgodnie z ofertą będącą załącznikiem do umowy.
2. Przedmiot umowy obejmuje zamontowanie, uruchomienie, przetestowanie oraz instruktaż wdrożeniowy dla pracowników Zamawiającego.

### § 2

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy na swój koszt i ryzyko oraz ponosi koszty ubezpieczenia i jego dostarczenia.

### § 3

1. Strony ustalają łączną wartość przedmiotu umowy zgodnie z ofertą w wysokości:  
.....zł netto  
(słownie:.....)  
.....zł brutto  
(słownie:.....).

2. Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.

3. Wykonawca oświadcza, że \*) jest/\*)nie jest płatnikiem podatku VAT

#### § 4

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy z terminem gwarancji nie krótszym niż ..... miesiące/miesiący liczone od daty odbioru.
2. W przypadku konieczności wymiany przedmiotu umowy/podzespołów/części w okresie gwarancji, gwarancja jest wznawiana.

#### § 5

1. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:
  - 1) reakcji serwisu w terminie 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego,
  - 2) naprawy przedmiotu umowy w terminie 6 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii.
  - 3) naprawy przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do serwisu drogą kurierską na koszt Wykonawcy, koszt wykonawcy stanowić będzie również zapakowanie, montaż i demontaż i odesłanie drogą kurierską do Zamawiającego przedmiotu umowy
  - 4) przeprowadzenia przeglądów serwisowych (polegających na przeglądzie technicznym, ewentualnej konserwacji, usuwaniu zauważonych wad i usterek oraz ustaleniu stopnia zużycia części i podzespołów jak również ich wymianie na nowe) przedmiotu umowy w ramach gwarancji, zgodnie ze wskazaniem producenta, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, przy czym ostatni serwis powinien zostać przeprowadzony najpóźniej w 3 miesiące po dacie wygaśnięcia okresu gwarancyjnego
  - 5) wystawienia raportów serwisowych każdorazowo, po wykonanych czynnościach serwisowych (przeglądy, naprawy),
  - 6) wymiany przedmiotu umowy na nowy, w terminie do 14 dni liczonych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, w przypadku 5 napraw przeprowadzonych z powodu wystąpienia awarii powodujących wyłączenie urządzenia z eksploatacji w całym okresie trwania gwarancji
  - 7) zapewnienia równoważnego urządzenia zastępczego na czas naprawy o parametrach technicznych nie gorszych niż zaoferowane, w terminie do 14 dni liczonych od daty zgłoszenia przez zamawiającego.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zgłaszania napraw przedmiotu umowy wysyłając zlecenie faksem lub drogą elektroniczną do serwisu gwarancyjnego Wykonawcy w ..... tel. .... fax. ....
3. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia naprawy przedmiotu umowy wysyłając je do Zamawiającego faksem: nr 71/32 70 353 bądź e-mail:

#### § 6

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w terminie do ..... dni od daty podpisania umowy.
2. Wykonawca z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem zgłosi przedstawicielowi Zamawiającego podanemu w § 10 niniejszej umowy gotowość do przeprowadzenia odbioru oraz uzgodni z nim dokładny termin realizacji dostawy.
3. Zamawiający zobowiązuje się do nierozpakowania przedmiotu zamówienia dostarczonego do czasu przybycia przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający, dokona odbioru przedmiotu umowy po uprzednim jego uruchomieniu i przetestowaniu przez Wykonawcę.



4. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wraz z dokumentacją obsługi w języku polskim oraz oświadczeniem dotyczącym obsługi serwisowej urządzeń (brak wymagań producenta dotyczących wykonywania przeglądów technicznych lub - jeśli są wymagane - określenie częstotliwości oraz zakresu).
5. Dostawy dokonywane są w dni powszednie w godzinach 8:00-14:00.

#### § 7

1. \*) Wykonawca podzleci wykonanie obowiązków umownych podwykonawcom, biorąc pełną odpowiedzialność za ich jakość, terminowość i rzetelność, w następującej części .....
2. \*) Wykonawca zrealizuje umowę samodzielnie.
3. \*) Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.
4. \*) Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części.
5. \*) Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Zamawiający wymaga, aby rozliczenie z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami nastąpiło przed rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiającym.
6. \*) Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie z jego wynagrodzenia, ustalonego w § 3 ust. 1 umowy, wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca zwróci się o zapłatę bezpośrednio do Zamawiającego, z zastrzeżeniem powiadomienia Wykonawcy i umożliwienia mu ustosunkowania się do roszczenia.

#### § 8

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za przedmiot umowy zgodnie z ofertą przetargową.
2. Podstawą wystawienia faktury dla przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy).
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
4. Wykonawca wystawi fakturę z dopiskiem „Projekt WROVASC” i dostarczy ją do siedziby Biura Projektu WROVASC Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław.
5. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

#### § 9

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
  - 1) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,
  - 2) za zwłokę w naprawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. *W przypadku dostarczenia równoważnego urządzenia zastępczego na czas naprawy o parametrach nie gorszych od sprzętu będącego przedmiotem umowy, zwalnia Wykonawcę z konieczności zapłaty kar umownych za zwłokę w naprawie przedmiotu umowy*
  - 3) za zwłokę w dostarczeniu równoważnego urządzenia zastępczego na czas naprawy o parametrach technicznych nie gorszych niż zaoferowane w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

- 4) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto umowy.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

#### § 10

Strony wyznaczają niżej wymienione osoby do wzajemnego kontaktowania się przy realizacji przedmiotu umowy:

- p. Paweł Tarasiński, tel. 71/32-70-488 / 661-924-278, fax 71/32-70-353, e mail: [tarasinski@wssk.wroc.pl](mailto:tarasinski@wssk.wroc.pl)
- ze strony Wykonawcy - ..... tel.: .....

#### § 11

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

#### § 12

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy z wadami, po uprzednim wezwaniu Wykonawcę do niezwłocznego ich usunięcia.

#### § 13

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Na podstawie art. 144 uPzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy oraz określa warunki tych zmian przez wprowadzenie do zawartej umowy następujących aneksów:
  - a) aneks dotyczący terminu dostawy – możliwość przedłużenia terminu realizacji dostawy w przypadku zmian terminów wykonania badań naukowych, dla których niezbędny jest dostarczany przedmiot umowy.

#### § 14

Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

#### § 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**



# I. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY z art. 22 ust. 1 uPzp

(Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum  
albo upoważniona osoba przez Wykonawcę)

1. Dotyczy zamówienia publicznego Nr Szp/FZ-199/WroVasc/2014 pod nazwą:

**DOSTAWA, MONTAŻ, PRZETESTOWANIE ORAZ INSTRUKTAŻ WDROŻENIOWY SYSTEMU DO  
ANALIZY BIAŁEK WRAZ Z WYPOSAŻENIEM**

2. Nazwa i adres Wykonawcy (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum):

.....  
.....

Nazwa i adres Partnera/-ów: (w przypadku Konsorcjum)

.....  
.....

Niniejszym, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oświadczam/-y, że spełniam warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

....., dnia .....

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych  
do podejmowania zobowiązań)

## II. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia

*(Wypełnia Wykonawca –  
w przypadku oferty wspólnej  
oświadczenie musi zostać złożone przez każdego z Partnerów z osobna)*

Dotyczy zamówienia publicznego Nr Szp/FZ-199/WroVasc/2014 pod nazwą:

*DOSTAWA, MONTAŻ, PRZETESTOWANIE ORAZ INSTRUKTAŻ WDROŻENIOWY SYSTEMU  
DO ANALIZY BIAŁEK WRAZ Z WYPOSAŻENIEM*

Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

.....  
.....  
.....

Niniejszym oświadczam/-y, że:

1. Nie podlegam/-y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

....., dnia .....

.....  
*(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych  
do podejmowania zobowiązań)*

### III. INFORMACJA DOTYCZĄCA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dotyczy zamówienia publicznego Nr Szp/FZ-199/WroVasc/2014 pod nazwą:

*DOSTAWA, MONTAŻ, PRZETESTOWANIE ORAZ INSTRUKTAŻ WDROŻENIOWY SYSTEMU DO  
ANALIZY BIAŁEK WRAZ Z WYPOSAŻENIEM*

Informuję, że **należę\*** / **nie należę\*** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

**W przypadku zaznaczenia słowa „należę” konieczne jest wypełnienie poniższej tabeli.**

PEŁNA NAZWA PODMIOTU WCHODZĄCEGO W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ	ADRES PODMIOTU

....., dnia .....

.....  
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych  
do podejmowania zobowiązań)

### ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia – System do analizy białek z wyposażeniem dodatkowym - 1szt.

**\*\*Nazwa własna** - .....

**\*\*Oferowany model** - .....

**\*\*Producent** - .....

**\*\*Kraj pochodzenia** - .....

**\*\*Rok produkcji** - .....

Lp.	Parametry i warunki graniczne	Opis parametrów oferowanych
1	2 <b>Wszystkie n/w urządzenia/zestawy muszą być ze sobą kompatybilne?</b>	3*
1	<p>Zestaw do elektroforezy pionowej o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• W skład zestawu wchodzi: górna i dolna komora buforowa, wymiennik ciepła, wieko z przewodami wysokiego napięcia, grzebienie nie grubsze niż 1,5 mm: 15-dołkowe co najmniej 2 szt., szklanych płyty o wymiarach nie mniejszych niż 18 x 16 cm – co najmniej 6 szt., blokady, wszystkie potrzebne uszczelki, klamry, krzywki, klin do oddzielania płyt, separatory i szablony wyrównujące, smar do uszczelniania żelu i przyrząd do rozdzielania szyb</li> <li>• Grzebienie o grubości nie większej niż 0,75 mm: 10-dołkowe co najmniej 2 szt.; 12-dołkowe – co najmniej 2 szt.; nie mniejszej niż 1 mm i nie większej niż 1,2 mm: 12-dołkowe co najmniej 2 szt., 15-dołkowe co najmniej 2 szt., 20-dołkowe co najmniej 2 szt. nie większej niż 1,5 mm: 12-dołkowe co najmniej 2 szt.</li> <li>• Przekładki o grubościach odpowiadających grubościom grzebieni – po co najmniej 4 sztuki każdego rodzaju</li> <li>• Prostokątne płyty szklane o wymiarach nie mniejszych niż 18 x 8 cm – co najmniej 4 szt.</li> <li>• Szklane płyty z wycięciem o wymiarach nie mniejszych niż 18 x 16 cm – co najmniej 4 szt.</li> <li>• Szklane płyty z wycięciem o wymiarach nie mniejszych niż 18 x 8 cm – co najmniej 2 szt.</li> <li>• Możliwość pracy na co najmniej 4 żelach jednocześnie w tych samych warunkach</li> <li>• Kompatybilność systemu z żelami denaturującymi i natywnymi żelami poliakrylamidowymi</li> <li>• Możliwość przeprowadzania elektroforezy dwukierunkowej</li> <li>• Możliwość zastosowania płyt szklanych o wymiarach nie mniejszych niż 18 x 16 cm lub 18 x 8 cm</li> <li>• Zakres temperatur nie mniejszy niż od 1 do 45 °C</li> </ul> <p><b>Model wzorcowy: SE 600X Chroma Deluxe firmy Hoefer nr kat. SE600X-15-1.5 lub równoważny</b></p>	
2	Aparat do mokrego transferu o następujących parametrach:	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość przeprowadzania transferu białek i kwasów nukleinowych z żeli poliakrylamidowych lub agarozowych na membrany nitrocelulozowe, PVDF lub nylonowe</li> <li>• Możliwość jednoczesnego transferu co najmniej szesnastu żeli nie mniejszych niż 10 x 6 cm</li> <li>• Zestaw złożony z: dolnej komory z kanałem chłodzącym, wieka z przewodami, 2 paneli elektrodowych, 4 łatwych w montażu kaset oznaczonych kolorami, co najmniej 4 gąbek piankowych nie mniejszych niż 6 mm i co najmniej 8 gąbek nie większych niż 3 mm, haka na kasety, bibulek matujących</li> <li>• Wymiary urządzenia nie większe niż 29 x 17 x 32 cm</li> <li>• Certyfikaty bezpieczeństwa: EN61010-1</li> </ul> <p><b>Model wzorcowy: TE62 firmy Hoefer nr kat. TE62 lub równoważny</b></p>	
3	<p>Aparat do półsuchego transferu o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aparat wykonany z jednolitego odlewu z tytanową anodą pokryta platyną, z wewnętrznym zasilaczem i wiekiem zawiasowym z katodą ze stali nierdzewnej</li> <li>• W zestawie co najmniej 20 arkuszy bibulek matujących, 50 arkuszy celofanu porowatego, i maski mylarowe</li> <li>• Warunki eksploatacyjne: użycie wewnątrz 4-40°C, wilgotność do 80%</li> <li>• Maksymalne ustawienia zasilania: 50 V, 200 mA, 10 W</li> <li>• Certyfikat bezpieczeństwa: EN61010-1</li> </ul> <p><b>Model wzorcowy: TE77XP firmy Hoefer nr kat. TE77XP lub równoważny</b></p>	

*\*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy*

*\*\*\*) należy podać dla każdego z aparatów*

Podpis osoby / osób upoważnionych  
do reprezentacji Wykonawcy

.....  
(pieczęćka imienna)