

# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Wrocław, dnia 01.10.2014r.

Szp/FZ-53/SK8 /2014

## INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę aparatury różnej na wyposażenie Oddziału Pediatrycznego z Pododdziałem Gastroenterologii”.

### **Dotyczy zadania nr 3 - Wózek do przewozu chorych - 1 szt.**

#### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych o wymiarach zewnętrznych 2060 x 810 mm?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych posiadający kąt przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga  $0^{\circ}$  -  $14,5^{\circ}$ ?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych posiadający kąt odchylenia oparcia pleców  $0^{\circ}$  -  $72^{\circ}$ ?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych posiadający kąt odchylenia oparcia uda  $0^{\circ}$  -  $18^{\circ}$ ?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych, którego konstrukcja jest wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym – odcienie szarości?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie nr 6**


Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych, którego regulacja oparcia pleców oraz uda regulowana jest przy pomocy sprężyny gazowej, natomiast regulacja przechyłu Trendelenburga – anty-Trendelenburga dokonywana jest przy pomocy dźwigni nożnych?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych, posiadający wyprofilowane w podstawie miejsce na ubranie pacjenta i butlę tlenową?

**Zamawiający dopuszcza wózek do przewozu chorych, posiadający wyprofilowane w podstawie miejsce na ubranie pacjenta i butlę tlenową pozostałe parametry zgodnie z zapisami SIWZ.**



**Jednocześnie Zamawiający modyfikuje w Zadaniu nr 6 zestawienie wymaganych parametrów technicznych - Wózek Funkcyjny opatrunkowy - 1 szt.**

W załączeniu Zadanie nr 6 - zmodyfikowane zestawienie wymaganych parametrów technicznych

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

*mgr inż. Jądwiaga Raziuk*

**Zadanie nr 6**

**Załącznik nr 6.6 SIWZ  
Nr sprawy Szp/FZ – 53/2014**

**ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**Przedmiot zamówienia- Wózek funkcyjny opatrunkowy - 1 szt.**

**Nazwa własna .....**

**Oferowany model .....**

**Producent .....**

**Kraj pochodzenia .....**

**Rok produkcji .....**

Lp.	Parametry i warunki graniczne	Odpowiedź TAK/NIE wraz z opisem oferowanych parametrów
1	2	3
1.	Długość wózka: 670 mm	
2.	Szerokość wózka: 450 mm	
3.	Wysokość : 820 mm	
4.	Rama wózka wykonana ze stali węglowej pokrytej lakierem proszkowym	
5.	Wyposażony w: - 2 szuflady z zamkiem centralnym wykonane z aluminium - lakierowane proszkowo - blat z burtami z tworzywa ABS - 2 wyjmowane zamykane kosze z tworzywa sztucznego - uchwyt do łatwego prowadzenia wózka - cichobieżne koła z gumy termoplastycznej w obudowie przeciwpylowej	

**\*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy**

*Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.*

.....  
(pieczęć i podpis osoby/osób  
uprawnionej/-ych do podejmowania  
zobowiązań)