



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 02.10.2014r.

Szp/FZ-531/SS1/2014

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę aparatury różnej na wyposażenie Oddziału Pediatrycznego z Pododdziałem Gastroenterologii”.

Dotyczy zadania nr 7 - Lampa diagnostyczna bezcieniowa statywowa - 1 szt.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści ofertę z następującymi parametrami:

zakres zmiany natężenia oświetlenia 30% (parametr lepszy) - dot. punktu 3

Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 7 lampę diagnostyczną bezcieniową z natężeniem oświetlenia 30%, pozostałe parametry zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści ofertę z następującymi parametrami:

Napięcie zasilające żarówkę 12V (parametr nie ma znaczenia dla parametrów światła i funkcjonalności pracy lampy 0 - dotyczy punktu 8.

Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 7 lampę diagnostyczną bezcieniową z napięciem zasilającym żarówkę 12V, pozostałe parametry zgodnie z zapisami SIWZ.

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk