

# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Szp/FZ - 65/ 552 /2014

Wrocław, dnia 06.10.2014 r.

## INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania na „*Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku oraz produktów farmaceutycznych stosowanych w hemodializach*”

### Pytanie nr 1 - Pakiet nr 1 Dializatory wysokoprzepływowe do hemodializy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializator wysokoprzepływowy z błoną syntetyczną polysulfonową, spełniający wszystkie pozostałe wymagania określone w SIWZ, umożliwi to zachowanie uczciwej konkurencji i przystąpienie do przetargu większej liczby firm, a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby złożonych ofert ?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dializator wysokoprzepływowy z błoną syntetyczną polysulfonową pod warunkiem spełniania wszystkich pozostałych wymagań określonych w SIWZ.***

### Pytanie nr 2 - Pakiet nr 3. Dializatory o różnej pojemności do aparatu Dialog+A oraz Dialog+HDF Online.

Punkt nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory niskoprzepływowe o pojemności: 1,8m<sup>2</sup>; 2,0m<sup>2</sup> i 2,2m<sup>2</sup> (trzy rodzaje pojemności, zgodnie z SIWZ) oraz Punkt nr 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory wysokoprzepływowe o pojemności: 1,8m<sup>2</sup> i 2,0m<sup>2</sup> (dwa rodzaje pojemności, zgodnie z SIWZ) spełniające wszystkie pozostałe wymagania określone w Specyfikacji SIWZ, umożliwi to zachowanie uczciwej konkurencji i przystąpienie do przetargu większej liczby firm, a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby złożonych ofert?

### ***Odpowiedź:***

***Ad. pkt 1 – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów dializatorów określonych w pkt 1 w Pakiecie nr 3.***

***Ad. pkt 2 – Zamawiający w Pakiecie nr 3, pkt 2 dopuszcza dializator wysokoprzepływowy o pojemności: 1,8m<sup>2</sup> i 2,0m<sup>2</sup>.***

### Pytania dotyczące postanowień SIWZ i zapisów projektu umowy

#### Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu przewidzianego na realizację zamówienia do 5 dni roboczych.

***Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu przewidzianego na realizację zamówienia.***

Pytanie nr 2

Prosimy o dopisanie do §5 ust. 2 projektu umowy następującego zapisu: „zmniejszenie zamówienia nie może przekroczyć 20% całkowitej wartości umowy”.

***Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany w projekcie umowy.***

Pytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych w §9 ust. 1.1) do 0,2% wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki.

***Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany w projekcie umowy.***

Pytanie nr 4

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, ceny netto pozostaną bez zmian, zmianie ulegną jedynie ceny brutto proporcjonalnie do wprowadzonych zmian stawki podatku VAT.


***Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zmiana stawki podatku VAT może skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy brutto, gdyż wynagrodzenie jest określone w wartościach brutto.***

Pytanie nr 5 – Rozdział XI pkt. 1.4) SIWZ

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

***Odpowiedź: Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w przedmiotowym postępowaniu.***

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

  
Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji  
mgr inż. Jadwiga Raziuk