



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 16.10.2014r.

Szp/FZ-75/571/2014

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę akcesoriów zużywalnych do urządzeń medycznych i innych wyrobów medycznych”.

Pytanie nr 1 Pakiet 16 poz.3

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos wykonany z medycznego PCV, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Zamawiający dopuszcza cewnik do podawania tlenu przez nos wykonany z medycznego PCV pozbawionego DEHP pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 Pakiet 20 poz.5

Czy Zamawiający dopuści golarki w op.a100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza golarki w op.a100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie nr 3 Pakiet nr 3 Pakiet 22 poz.1, 2

Czy Zamawiający dopuści opaski do identyfikacji w op.a100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza opaski do identyfikacji w op.a100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie nr 4 Pakiet 24 poz.1

Czy Zamawiający dopuści worki na wymiociny o pojemności całkowitej 1000ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWIĄZANIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk