



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 16.10.2014r.

Szp/FZ-531 *SFD*/2014

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę aparatury różnej na wyposażenie Oddziału Pediatrycznego z Pododdziałem Gastroenterologii”.

Zadanie nr 1 - Aparat do pomiaru zawartości wodoru w wydychanym powietrzu

Pytanie nr 1

Rozdział III opis przedmiotu zamówienia pkt.5, Umowa - Projekt § 6 Warunki gwarancji i naprawy - pkt. 1 - Zadanie 1

Czy Zamawiający zaakceptuje ofertę na aparat do pomiaru zawartości wodoru w wydychanym powietrzu z 12 miesięcznym okresem gwarancji?

Uzasadnienie: Wytwórca wyrobu medycznego, będącego przedmiotem postępowania przetargowego udziela 12 miesięcznej gwarancji na sprzęt. Rozszerzenie okresu gwarancji sprzętu do 12 miesięcy tj. o dodatkowe 12 miesięcy jest związane z dodatkową opłatą z tytułu przedłużenia gwarancji o każdy następny rok co musiałoby zostać uwzględnione w całkowitej wartości oferty.

Zamawiający dopuszcza aparat do pomiaru zawartości wodoru w wydychanym powietrzu z 12 miesięcznym okresem gwarancji.

Pytanie nr 2

Rozdział III opis przedmiotu zamówienia pkt.7.4, Umowa - Projekt § 6 Warunki gwarancji i naprawy - pkt. 3.4 - Zadanie 1

Czy Zamawiający zaakceptuje termin 21 dni zakończenia naprawy gwarancyjnej aparatu do pomiaru zawartości wodoru w wydychanym powietrzu w przypadku gdy konieczne będzie sprowadzenie części zamiennych od producenta lub dokonanie naprawy w serwisie producenta?

Zamawiający dopuszcza termin 21 dni zakończenia naprawy gwarancyjnej aparatu do pomiaru zawartości wodoru w wydychanym powietrzu w przypadku gdy konieczne będzie sprowadzenie części zamiennych od producenta lub dokonanie naprawy w serwisie producenta.

Pytanie nr 3

Rozdział III opis przedmiotu zamówienia pkt.7.2, Umowa - Projekt § 6 Warunki gwarancji i naprawy - pkt. 3.2 - Zadanie 1

Prosimy o wykreślenie tego zapisu z wymogów SIWZ i projektu umowy dla Zadania nr 1 ponieważ elementami zużywalnymi dla aparatu do pomiaru zawartości wodoru w wydychanym powietrzu są baterie, jednorazowe ustniki oraz adaptery łączące aparat z

ustnikiem, które są materiałami eksploatacyjnymi i nie mogą być objęte warunkiem bezpłatnej wymiany w czasie dokonywania gwarancyjnych przeglądów okresowych.

W § 6 pkt. 3.2 Zamawiający mówi o elementach zużywalnych przewidzianych przez producenta do wymiany w trakcie okresowej obsługi serwisowej.

Zamawiający nie mówi w tym punkcie o materiałach eksploatacyjnych związanych z wykonywaniem badań (pomiarów). Jeżeli producent nie przewiduje okresowej wymiany w trakcie 1-go roku użytkowania innych elementów to proszę podać taką informację.

Pytanie nr 4 dot. projektu umowy § 6 Warunki gwarancji i naprawy - pkt. 3 Zadanie nr 1

W zawiązku z faktem, że wytwórca wyrobu medycznego, będącego przedmiotem postępowania przetargowego gwarantuje tylko i wyłącznie 5 lat dostępności części zamiennych wnosimy o zmianę w powołanym zakresie z 10 do 5 lat dostępności części zamiennych.

Uzasadnienie: Dystrybutor nie może zagwarantować dostępności części zamiennych ponad okres określony przez producenta.

Zamawiający dopuszcza w Zadaniu nr 1 dostępność części zamiennych przez 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru.

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. *Miodwiga Raziuk*