



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 20.10.2014r.

Szp/FZ- 571/570 /2014

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę wyrobów medycznych, w tym: aparatów rr, termometrów lekarskich i innych materiałów”

Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- 1) Załącznik nr 1.20 – Formularz asortymentowo – cenowy - Pakiet nr 20

ma być - *Termometr bezdotkowy elektroniczny – ilość 17 szt.*

W załączeniu zmodyfikowany załącznik 1.20 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - formularz asortymentowo-cenowy.

Powyższa informacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR SZPITALA

prof. dr hab. Wojciech Włochowicz

do oferty na dostawę wyrobów medycznych w tym: aparatów TT,
termometrów lekarskich i innych materiałów
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/PZ-57/2014

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet 20 - Termometr bezdotykowy elektroniczny (model wzorcowy: ThermoFlash LX-26 lub równoważne)

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1		3	4	6	7	8	9	10	11	12
1	Termometr bezdotykowy elektroniczny	szt.	17							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych

- 1) Urządzenie medyczne zgodne z Dyrektywą MDD 93/42/EEC
- 2) Bezkontaktowy system pomiaru temperatury na podczerwieć, pomiar na tętnicy skromiowej, bez wpływu temperatury otoczenia
- 3) Zakres pomiaru temperatury ciała: od 32°C do 43°C
- 4) Zakres pomiaru temperatury przedmiotu: 0°C do 60°C
- 5) Wilgotność: ok. 85 %
- 6) Podświetlany wyświetlacz LCD
- 7) Rozdzielczość wyświetlacza: 0,1°C
- 8) Odległość dla pomiarów: 5 cm (+/- 2 cm)
- 9) Pamięć: min ostatnie 32 pomiary
- 10) Sygnalizacja dźwiękowa przy podwyższonej temperaturze
- 11) Zakres precyzji: +/- 0,3°C według normy ASTM E1965-1998 (2003)
- 12) Automatyczne wyłączenie: 5 sekund
- 13) Trwałość użycia: min. 40 000 pomiarów
- 14) Zasilanie: 2 baterie AA (DC3V)
- 15) Wymiary: 195 x 150 x 50 mm (+/- 5 mm)
- 16) Waga: max. 250g
- 17) Instrukcja obsługi w języku polskim, w zestawie baterie AA, etui

- 18) Gwarancja: 2 lata
- 19) Dołączony atest zgodności
- 20) certyfikat CE