

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 17.10.2014r

Szp/FZ-53/575/2014

INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę aparatury różnej na wyposażenie Oddziału Pediatrycznego z Pododdziałem Gastroenterologii”.

Zadanie nr 6 Wózek funkcyjny opatrunkowy

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 poz.1 dopuści zaoferowanie długości 780 mm ?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 poz.2 dopuści zaoferowanie szerokości 480 mm ?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 poz.3 dopuści zaoferowanie wysokości 880 mm ?

Zamawiający w zadaniu nr 6 poz.3 dopuszcza zaoferowanie wysokości 880 mm.

Zadanie nr 7 lampa diagnostyczna bezcieniowa statywowa

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 poz.2 dopuści zaoferowanie lampy świetlnej w odległości 1 m 240 mm?

Zamawiający w zadaniu nr 7 poz.2 dopuszcza zaoferowanie lampy świetlnej w odległości 1 m 240 mm.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 poz.3 dopuści zaoferowanie zakresu zmiany natężenia oświetlenia 5 -100%?

Zamawiający w zadaniu nr 7 poz.3 dopuszcza zaoferowanie zakresu zmiany natężenia oświetlenia 5 -100%.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 poz.4 dopuści zaoferowanie wskaźnika oddawania barw Ra 93?

Zamawiający w zadaniu nr 7 poz.4 dopuszcza zaoferowanie wskaźnika oddawania barw Ra 93.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 poz.5 dopuści zaoferowanie temperatury barwowej 4300K?

Zamawiający w zadaniu nr 7 poz.5 dopuszcza zaoferowanie temperatury barwowej 4300K.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 poz.6 dopuści zaoferowanie źródła światła LED?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.


Pytanie nr 9

Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 poz.6 dopuści zaoferowanie trwałości źródła światła 50 000h?

Zamawiający w zadaniu nr 7 poz.6 dopuszcza zaoferowanie trwałości źródła światła 50 000h.

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR SZPITALA


prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz