

# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Wrocław, dnia 20.10.2014r.

Szp/FZ-53/ 577/2014

## INFORMACJA NR 6 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę aparatury różnej na wyposażenie Oddziału Pediatrycznego z Pododdziałem Gastroenterologii ”.

**dotyczy zadania 4, 8, 9, oraz zapisów umowy ( załącznik nr 2 do SIWZ) § 6 ust.3.4:**

### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 6 ust.3.4:

„ Zakończenie naprawy urządzenia medycznego w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii”.

na zapis następującej treści:

„Zakończenie naprawy urządzenia medycznego w terminie do 10 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia, przy czym dni robocze naliczane będą z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy”.

W przypadku naprawy powyżej 5 dni roboczych, Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równoważnych parametrach.

**Zamawiający modyfikuje zapis w projekcie umowy § 6 ust.4 ora zapisy SIWZ Rozdz. III pkt.7 ppkt.4 i nadaje mu brzmienie:**

„Zakończenie naprawy urządzenia medycznego w terminie do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii. W przypadku naprawy powyżej 5 dni roboczych , Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach - dotyczy Zadania 4, 8, 9”..

**dotyczy zadania 4, 8, 9, oraz zapisów umowy ( załącznik nr 2 do SIWZ) § 6 ust.3.5:**

### Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 6 ust.3.5:

„Wymiany urządzenia medycznego na nowy w przypadku 3 awarii powodujących wyłączenia urządzenia medycznego z eksploatacji, w okresie jednego roku trwania gwarancji”

na zapis następującej treści:

„Wymiany urządzenia medycznego na nowy w przypadku 5 napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu powodujących wyłączenie urządzenia z eksploatacji w okresie jednego roku trwania gwarancji”

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 3 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Zadanie nr 4 ( załącznik nr 6.4 do SIWEZ )**

Czy w pkt. 4.1.2 podpunkt 2, Zamawiający dopuści monitor o następujących parametrach: rozdzielczość 1920x1080?

Obrazowanie w standardzie HDTV1080 progresywnym, jako jedyne tego typu tak innowacyjne rozwiązanie na rynku. Posiadające 1080 efektywnych linii przedstawiających obraz, w porównaniu do 480 linii dla NTSC i 576 dla systemu PAL, HDTV zapewnia jakość obrazu, która jest dwa razy lepsza niż konwencjonalna telewizja. Większa gęstość pikseli tworzy jasny gładki obraz, który posiada niezwykłą szczegółowość i naturalne kolory, a przy niższej rozdzielczości wyświetlanego obrazu nie jest skażony pikselowo.

Wysoka jakość i realizm obrazu sprawiają, że system HDTV jest idealny do wykonywania wymagających szczególnej precyzji zabiegów, podnosi również jakość oceny słuzówki.

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 4 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Zadanie nr 4 ( załącznik nr 6.4 do SIWEZ )**

Czy w pkt. 4.1.2 podpunkt 3, Zamawiający dopuści monitor o następujących parametrach:

Proporcje ekranu:16:9 ( monitor kompatybilny z sygnałami wejściowymi o proporcjach 5:4)?

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 5 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Zadanie nr 4 ( załącznik nr 6.4 do SIWEZ )**

Czy w pkt. 4.1.2 podpunkt 7, Zamawiający dopuści monitor o następujących parametrach:

Wejścia/wyjścia video min: HD-SDI, DVI, VGA, S-VIDEO, COMPOSITE?

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 6 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Zadanie nr 4 ( załącznik nr 6.4 do SIWEZ ) pkt. 4.2 „ system elektronicznej dokumentacji procesu mycia i dezynfekcji” ppkt. 10:**

Czy w pomieszczeniu myjni gdzie docelowo ma być zainstalowany system, dostępne jest wolne gniazdo RJ45 sieci Ethernet min 100 Mbit/s?

Jeżeli nie to czy Zamawiający doposaży pomieszczenie ww. gniazdo?

***Zamawiający doposaży pomieszczenie w w/w gniazdo.***

**Pytanie nr 7 dotyczy zadania nr 4, 8, 9 oraz zapisów umowy i SIWZ rozdz. III pkt. 7 podpunkt 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 48 godzin w dni robocze?

***Zamawiający zmienia zapisy w § 6 pkt.3, ppunkt 3 rozdz. III pkt. 7 podpunkt 3 i nadaje im brzmienie***

***„Reakcji serwisu technicznego w terminie 48 - godzin w dni robocze ( od poniedziałku do piątku ) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego awarii Wykonawcy. Zamawiający przez „Reakcja serwisu” rozumie działanie, które ma doprowadzić do usunięcia usterki lub dokonania diagnozy uszkodzenia w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty osobistej pracownika działu serwisu Wykonawcy..” - dotyczy zadania nr 4***

***W przypadku Zadań nr 8, 9 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 8 dotyczy zapisów SIWZ, opisu przedmiotu zamówienia Zadanie nr 4 oraz zapisów umowy §3 pkt. 4.1:**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia nie będącego wyrobem medycznym ( VAT 23% ) tj. tj. pkt. 4.2, pkt.4.3, pkt.4.4, pkt. 4.5 opisu przedmiotu zamówienia i

Tm samym rezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia z dokumentów o których mowa w w/w pkt. umowy?

Zgodnie z zapisami Zamawiający wymaga załączenia dokumentów do urządzeń medycznych. Oferowany przedmiot w pkt. 4.2; pkt.4.3, pkt.4.4, pkt. 4.5 opisu przedmiotu zamówienia nie jest wyrobem medycznym.

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia nie będącego wyrobem medycznym ( VAT 23% ) tj. pkt. 4.2, pkt.4.3, pkt.4.4, pkt. 4.5 opisu przedmiotu zamówienia i tym samym rezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia dokumentów o których mowa w w/w pkt. umowy**


**Pytanie nr 9**

Ponadto prosimy o udzielenie odpowiedzi i podanie informacji czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową.

**Zamawiający informuje, że nie znajduje się w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową.**

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR SZPITALA

  
prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz