

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 22.10.2014r.

Szp/FZ-63/584 /2014

INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych Pracowni Hemodynamiki”.

Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 18 cewnika diagnostycznego zbrojonego płaskim stalowym drutem; o dostępnych długościach 80, 100, 110 cm; o średnicach wewnętrznych: 0,047" dla 5F, 0,057" dla 6F, 0,070" dla 7F; o dostępnych krzywiznach: Judkins left, Judkins right, Amplatz left, Amplatz right, Internal Mammary, Pigtail, Hockey stick, Coronary bypass, Multipurpose, Atesal, Progressive right, Sones, Mod. Extra back up, Coronary bypass graft; posiadającego 3 stopnie sztywności na długości cewnika; pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 dot. wzoru umowy


W § 3 ust. 2 Umowy – czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania faktury drogą elektroniczną w formacie ustalonym przez Zamawiającego? Dla firm wystawiających tysiące faktur miesięcznie, obsługujących różne podmioty, stanowi znaczne utrudnienie posługiwanie się różnymi programami lub dokonywanie tego „ręcznie” poza wdrożonym już systemem. Ponadto zobowiązując się do wystawiania faktur w konkretnym programie księgowym o ustalonej formie Zamawiający czyni z tego część opisu zamówienia

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3

Pytanie 1, dotyczy pakietu nr 20:

Prosimy o dopuszczenie strzykawki wysokociśnieniowej testowanej przez Zamawiającego, z ergonomiczną rękojeścią pół-pistoletową, przedstawionej na poniższej grafice. Wszystkie parametry są zgodne z SIWZ, przy czym bezpieczny zakres pracy strzykawki wynosi 30ATM (wymagane 26ATM) – dodatkowa korzyść dla Zamawiającego. INFLATOR TEN JEST NIEZWYKLE PRECYZYJNY I PRZYJAZNY W OBSŁUDZE.



Zamawiający dopuszcza strzykawkę wysokociśnieniową z ergonomiczną rękojeścią pół-pistoletową z bezpiecznym zakresem pracy strzykawki 30ATM przedstawioną powyżej, pozostałe parametry zgodnie z zapisami SIWZ.

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR SZPITALA

[Signature]
prof. dr hab. Witold Witek