



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 21.10.2014 r.

Szp/FZ- 571/588 /2014

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę wyrobów medycznych, w tym: aparatów rr, termometrów lekarskich i innych materiałów”

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy określonego w § 2 ust. 1 w zakresie pakietu nr 6 do 45 dni od daty podpisania umowy? Powyższe wynika z faktu, iż Zamawiający wymaga zaoferowania klamer do wyciągu, których nie ma w ciągłej sprzedaży, ponieważ są one produkowane na zamówienie. Czas wyprodukowania takiego asortymentu wynosi około 45 dni, w związku z czym wnosimy o wydłużenie terminu realizacji dostawy.

Odpowiedź Nr 1

Zamawiający dopuszcza dla pakietu nr 6 wydłużenie terminu dostawy do 45 dni od daty podpisania umowy.

Pytanie Nr 2

§ 6 ust. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby w zakresie pakietu nr 6 okres gwarancji wynosił 12 miesięcy zamiast 24 miesięcy? Przedmiot zamówienia określony w pakiecie 6 należy do narzędzi.

Ze względu na charakter narzędzi i częstotliwość ich używania powszechnie stosowanym terminem gwarancji jest okres 12 miesięczny. Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o zmianę terminu.

Odpowiedź Nr 2

Zamawiający dla pakietu nr 6 dopuszcza zaoferowanie klamer do wyciągu z 12 miesięcznym okresem gwarancji. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 3 – Dotyczy Pakietu nr 3 - Stetoskopy

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści stetoskop o wadze 125 g?

Odpowiedź Nr 3

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz. 1 stetoskopu pediatrycznego o wadze 125g. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 4 – Dotyczy Pakietu nr 3 - Stetoskopy

Czy Zamawiający w poz. 2 ma na myśli stetoskop kardiologiczny? Ponieważ parametry podane w opisie wskazują na stetoskop internistyczny. Czy w związku z powyższym Zamawiający dokona korekty parametrów?

Odpowiedź Nr 4

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w poz. 2 dla pakietu nr 3:

Jest: „Stetoskop kardiologiczny (model wzorcowy: 3M Littmann Classic II SE lub równoważne)”

Powinno być: „Stetoskop internistyczny (model wzorcowy: 3M Littmann Classic II SE lub równoważne)”

W załączeniu zmodyfikowany załącznik 1.3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - formularz asortymentowo-cenowy

Pytanie Nr 5 – Dotyczy Pakietu nr 3 - Stetoskopy

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści kolor inny niż podany w opisie? Stetoskopy Littmann nie występują w tych kolorach.

Odpowiedź Nr 5

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 6 – Dotyczy Pakietu nr 3 - Stetoskopy

Czy Zamawiający w poz. 2 wymagać będzie w zestawie drugi komplet miękkich oliwek?

Odpowiedź Nr 6

Zamawiający informuje, iż dla pakietu nr 3 poz. 2 nie wymaga w zestawie drugiego kompletu miękkich oliwek.

Pytanie Nr 7 – Dotyczy Pakietu nr 21 - Waga osobowo - lekarska

Czy Zamawiający dopuści obciążenie max. 300 kg?

Odpowiedź Nr 7

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 8 – Dotyczy Pakietu nr 21 - Waga osobowo - lekarska

Czy Zamawiający dopuści dokładność 200 g do 200 kg?

Odpowiedź Nr 8

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 9 – Dotyczy Pakietu nr 21 - Waga osobowo - lekarska

Czy Zamawiający dopuści wagę ok. 10 kg?

Odpowiedź Nr 9

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 10 – Dotyczy Pakietu nr 21 - Waga osobowo - lekarska

Czy Zamawiający dopuści zasilanie bateriami „paluszki” (LR6) i zasilanie sieciowe?

Odpowiedź Nr 10

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 21 wagi osobowo – lekarskiej z zasilaniem bateriami „paluszki” (LR6) i zasilaniem sieciowym. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 11 – Dotyczy Pakietu nr 22 - Waga elektroniczna niemowlęca

Czy Zamawiający omyłkowo nie wpisał złych parametrów w opisie, ponieważ dziwnym jest fakt iż waga niemowlęca ma mieć obciążenie max. 200 kg?

Odpowiedź Nr 11

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w zestawieniu wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych dla pakietu nr 22:

Jest:

- 1) Elektryczne urządzenie medyczne klasy I
- 2) Elektroniczne urządzenie medyczne klasy B
- 3) Obciążenie maksymalne: 200 kg
- 4) Podziałka: 100g < 150 kg > 200 g 10 g < 10 kg > 20 g
- 5) Wyświetlacz LCD
- 6) Wymiary (waga) szer. x wys. x głęb.: 294 x 831 x 417 mm
- 7) Wymiary (platforma) szer. x wys. x głęb.: 272 x 75 x 280 mm
- 8) Funkcje: TARA, HOLD, BMI, automatyczne wyłączanie

- 9) Wzrostomierz, zakres pomiaru 60-200 cm
- 10) Waga: ok. 6.5 kg
- 11) Zasilanie bateryjne : 6 baterii typu R6"

Powinno być:

- „ 1) Elektryczne urządzenie medyczne typ B
- 2) Wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG klasy I
- 3) Obciążenie maksymalne: 20 kg
- 4) Podziałka: 10 g < 10 kg > 20 g
- 5) Wyświetlacz LCD
- 6) Zakres TARA: 20 kg
- 7) Wymiary szer. x wys. x głęb.: 552 x 156 x 332 mm
- 8) Ściągana szalka do ważenia dzieci w pozycji stojącej lub leżącej
- 9) Funkcje: TARA, HOLD, BMIF, automatyczne wyłączanie
- 10) Instrukcja obsługi w języku polskim
- 11) Waga: ok. 2.5 kg
- 12) Zasilanie bateryjne : 6 baterii typu R6"

W załączeniu zmodyfikowany załącznik 1.22 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - formularz asortymentowo-cenowy

Pytanie Nr 12 – Dotyczy Pakietu nr 22 - Waga elektroniczna niemowlęca

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wagi o parametrach identycznych z opisem wagi w pakiecie nr 21? Opis obu wag jest identyczny.

Odpowiedź Nr 12

Zamawiający wymaga zaoferowania w pakiecie nr 22 wagi elektronicznej niemowlęcej zgodnie z Odpowiedzią nr 11.

Pytanie Nr 13 – Dotyczy Pakietu nr 22 - Waga elektroniczna niemowlęca

Czy w związku z faktem iż Zamawiający wymaga w pakiecie nr 22 wagi niemowlęcej Zamawiający dopuści wagę medyczną o parametrach:

Dane techniczne:

Obciążenie maksymalne: 20 kg

Dokładność odczytu: 10 g < 10 kg > 20 g

Wyświetlacz LCD

Zasilanie: bateryjne oraz sieciowe (zasilacz w zestawie)

Wymiary szalki: 560 x 290 x 120 mm

Opcje: TARA, HOLD

Odpowiedź Nr 13

Zamawiający wymaga zaoferowania w pakiecie nr 22 wagi elektronicznej niemowlęcej zgodnie z Odpowiedzią nr 11.

Pytanie Nr 14 – Dotyczy Pakietu nr 20 - Termometr bezdotkowy

Czy Zamawiający dopuści termometr bezdotkowy o wymiarach 149 x 77 x 43 mm?

Odpowiedź Nr 14

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 20 termometru bezdotkowego o wymiarach: 149 x 77 x 43 mm. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 15 – Dotyczy Pakietu nr 21 poz. 1 - Waga osobowo - lekarska

Czy Zamawiający wymaga aby waga kolumnowa posiadała kółka ułatwiające przemieszczanie wagi?

Odpowiedź Nr 15

Zamawiający wymaga aby waga kolumnowa posiadała kółka ułatwiające przemieszczanie wagi. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 16 – Dotyczy Pakietu nr 22 poz. 1- Waga elektroniczna niemowlęca

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi niemowlęcej o następujących parametrach:

- nośność: 20 kg
 - podziałka 10g <10kg>20g
 - funkcja TARA, BMIF, HOLD, przełączanie zakresów ważenia ,
 - automatyczne wyłączenie,
- które dopowiadają podanemu przez Zamawiającego modelowi wzorcowemu Seca 834?

Odpowiedź Nr 16

Vide Odpowiedź nr 11.

Pytanie Nr 17 – Dotyczy Pakietu nr 22 poz. 1 - Waga elektroniczna niemowlęca

Czy Zamawiający wymaga aby waga była mobilna, łatwa do przenoszenia i lekka o masie własnej do 2,5 kg?

Odpowiedź Nr 17

Zamawiający wymaga aby waga była mobilna i łatwa do przenoszenia. Pozostałe parametry zgodnie z Odpowiedzią nr 11.

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 31.10.2014 r. - miejsce i godzina bez zmian.

Powyższa informacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR SZPITALA

Wojciech Witkiewicz
prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet 3 - Stetoskopy

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12
1	Stetoskop pediatryczny (model wzorcowy: 3M Littmann Classic II Pediatric lub równoważne)	szt.	2						
2	Stetoskop internistyczny (model wzorcowy: 3M Littmann Classic II SE lub równoważne)	szt.	4						

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych:

Poz. 1

- 1 liczba kanałów: 1
- 2 średnica lejka: 22 mm
- 3 głębokość lejka: 8 mm
- 4 średnica membrany: 34 mm
- 5 waga: 110 g

Poz. 2

- 1 liczba kanałów: 1
- 2 średnica lejka: 28 mm
- 3 głębokość lejka: 7 mm
- 4 średnica membrany: 37 mm
- 5 miękkie samouszczelniające się oliwki
- 6 kolor pomarańczowy lub malinowy
- 7 instrukcja obsługi w języku polskim

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet 22 - Waga elektroniczna niemowlęca (model wzorcowy seca 834 lub równoważne)

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Waga elektroniczna niemowlęca	szt.	2		8	9	10	11	12

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych

- 1) Elektryczne urządzenie medyczne typ B
- 2) Wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG klasy I
- 3) Obciążenie maksymalne: 20 kg
- 4) Podziałka: 10g < 10 kg > 20 g
- 5) Wyświetlacz LCD
- 6) Zakres TARA: 20 kg
- 7) Wymiary szer. x wys. x głęb.: 552 x 156 x 332 mm
- 8) Ściągana szalka do ważenia dzieci w pozycji stojącej lub leżącej
- 9) Funkcje: TARA, HOLD, BMIF, automatyczne wyłączanie
- 10) Instrukcja obsługi w języku polskim
- 11) Waga: ok. 2.5 kg
- 12) Zasilanie bateryjne : 6 baterii typu R6

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy