



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 23.10.2014r.

Szp/FZ-75/591/2014

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę akcesoriów zużywalnych do urządzeń medycznych i innych wyrobów medycznych”.

Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 7 poz. 1

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najnowszej jakości od europejskiego producenta, z pewną korzyścią ekonomiczną dla szpitala, który dokona wyboru spośród większej ilości ofert, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod porowatych REM, z pętlą sprzężenia zwrotnego, kompatybilnych z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego i posiadające wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania, których powierzchnia aktywna wynosi 107 cm² oraz wymiar całkowity wynosi 150x108 mm.

Elektroda hydrożelowa, wolna od lateksu, uniwersalna tzn. że może być stosowana na pacjentach jak i u dzieci (dodatkowa zaleta).

Pragniemy podkreślić, że elektrody te są kupowane w Europie w ilości ponad milion sztuk rocznie i cieszą się dużym uznaniem wśród zespołów operacyjnych wykonujących zabiegi na aparatach wymienionych przez Państwa w wymogach SIWZ.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 7 poz. 3, 4, 5

Prosimy o wydzielenie pozycji 3,4,5 jako osobnego zadania 7B. blokują one skutecznie innych wykonawców na terenie Polski w zakresie podstawowego sprzętu medycznego jednorazowego użytku zawartych w pozycjach 1, 2 stanowiących 905 wartości całego Pakietu, co przeczy zasadom zachowania uczciwej konkurencji i naraża Szpital na poniesienie niepotrzebnych wydatków w postaci zakupu asortymentu po znacznie zawyżonych cenach przez jednego oferenta dopuszczonego w zakresie zadania.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Józef Raziuk