



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 30.10.2014r.

Szp/FZ-75/600 /2014

INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę akcesoriów zużywalnych do urządzeń medycznych i innych wyrobów medycznych”.

Pytanie nr 1 Dotyczy zadania nr 10:

Czy Zamawiający wymaga aby oferent czujników saturacji Masimo posiadał autoryzowany serwis na terenie Polski potwierdzony przez producenta czujników firmę Masimo Corporation?
Zamawiający dopuszcza aby oferent czujników saturacji Masimo posiadał autoryzowany serwis na terenie Polski potwierdzony przez producenta czujników firmę Masimo Corporation.

Pytanie nr 2 Dotyczy pakiet 16 poz.1-2

Prosimy o doprecyzowanie czy mankiety w maskach ma być samouszczelniający, bezpowietrzny?
Zamawiający dopuszcza w maskach mankiety samouszczelniający, bezpowietrzny.

Pytanie nr 3 Dotyczy pakiet 16 poz.1-2

Czy maska ma być bezpieczna w środowisku MRI, tj. pozbawiona blaszki i innych elementów metalowych?
Zamawiający wymaga masek bezpiecznych w środowisku MRI, tj. pozbawionych blaszek i innych elementów metalowych.

Pytanie nr 4 Dotyczy pakiet 16 poz.3

Prosimy o dopuszczenie cewników wykonanych z medycznej odmiany PCV. Pozostałe wszystkie parametry zgodne z siwz.
Zamawiający dopuszcza cewnik do podawania tlenu przez nos wykonany z medycznego PCV pozbawionego DEHP pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Dotyczy postanowień siwz i projektu umowy:

Pytanie nr 5

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych w §9 ust. 1.1) do 0,2% wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, ceny netto pozostaną bez zmian, zmianie ulegną jedynie ceny brutto proporcjonalnie do wprowadzonych zmian stawki podatku VAT.

Zamawiający potwierdza, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, ceny netto pozostaną bez zmian, zmianie ulegną jedynie ceny brutto proporcjonalnie do wprowadzonych zmian stawki podatku VAT.

Dotyczy Rozdziału XI pkt. 1.4) SIWZ

Pytanie nr 7

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego.

Pytanie nr 8 dot. Pakietu nr 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. nr 1.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9 dot. Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy dla dorosłych mikrobiologicznie czysty, jednorazowego użytku, pojedynczo pakowany - w zestawie dwie rury 180 cm (po rozciągnięciu) 1 rura 90 cm (do worka), łącznik/kominek 22mmM/15 mmF, z portem Luer Lock, Łącznik Y, filtr antybakteryjno-wirusowy, łącznik prosty 22mmM-22mmM, do worka bezlateksowy worek 2 l ?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jędrzej Raziuk