



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ - 74/606 /2014

Wrocław, dnia 31.10.2014 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa aparatury medycznej różnej dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego*”

Dotyczy zadania nr 9

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wymaga dostarczenia optyki z płaszczem ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia optyki z płaszczem.

Pytanie nr 2: - Z jakimi urządzeniami Olympus i Storz wymagana jest kompatybilność?

Odpowiedź: Kompatybilność jest wymagana z histeroskopem Olympus typ OTV – SL oraz histeroskopem Storz typ Bettocchi.

Pytanie nr 3: Poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga optykę o średnicy 2,9 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga optykę o średnicy 2,9 mm.

Pytanie nr 4: Poz .2 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania optykę o średnicy 4 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do postępowania optykę o średnicy 4 mm.

Dotyczy zadania nr 10

Pytanie nr 5: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie modelu kardiokografu Oxford w pozycji 2 Zadania 10 i /lub podanie nr katalogowych zadanych głowic. Głowica Ultrasound w w/w pakiecie (dla kardiokografu Sonicaid Team Duo) działa w dwóch częstotliwościach czyli 1,5 MHz oraz 2,0 MHz. Ponadto zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu szkolenia gdyż zadane produkty nie są urządzeniami zaś akcesoriami.

Odpowiedź: Kardiokograf Oxford w pozycji 2 - typ Sonicaid o nr katalogowym Team S 8000. Głowica Cardio (żółta) działająca w częstotliwościach 1,5 MHz. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami rozdziału III ust. 3 pkt 1) SIWZ Zamawiający nie wymaga dla zadania nr 10 przeprowadzenia instruktażu. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę aparatury medycznej określonej w zadaniach nr 6,10,11,15.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk