



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Wrocław, dnia 30.10.2014r.

Szp/FZ-63/ 609/2014

## INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych Pracowni Hemodynamiki ”.

### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 4 - Stenty do angioplastyk wieńcowych – do bezpośredniego stentowania** dopuści do zaofiarowania stenty o NP = 9 atm. i RBP dla stentu o średnicy 4,0 mm = 15 atm, oraz spełniające pozostałe wymogi specyfikacji technicznej ?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 6 - Stenty do angioplastyk wieńcowych, uwalniające lek (DES) – do naczyń krętych i małych** dopuści do zaofiarowania stenty pokryte biokompatybilnym polimerem i RBP dla stentu o średnicy 4,0 mm = 15 atm, oraz spełniające pozostałe wymogi specyfikacji technicznej ?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 10 - Cewnik balonowy do angioplastyk wieńcowych, standardowy** dopuści do zaofiarowania cewniki balonowe o poniższych parametrach:

- dostępne średnice: 1,25; 1,5; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0 mm
- NP= 12 atm. dla średnicy 1,25 mm, NP. = 6 atm. dla średnicy 1,5 mm
- RBP = 12 atm. dla średnicy 1,25 mm i 1,5 mm
- Shaft dystalny do 2,7F ,oraz spełniające pozostałe wymogi specyfikacji technicznej ?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 17 - Cewnik prowadzący do angioplastyk wieńcowych** dopuści do zaofiarowania cewniki o poniższych parametrach technicznych:

- średnica wewnętrzna – 0,058-5F; 0,071"-6F; 0,081"-7F; 0,090"-8F
- oferowane średnice: 5F, 6F, 7F, 8F,
- posiadające metalowe zbrojenie zachowujące niezmiennie światło wewnątrz na całej długości cewnika

- wyposażone w miękką atraumatyczną końcówkę z markerem dobrze widocznym w skopii RTG
- z dużą stabilnością krzywizny w temp. 37 °C przez okres całego zabiegu i dobrą pamięć kształtu
- z dużą odpornością na odporność na skręcanie i załamania
- charakteryzujące się dobrą manewrowalnością i trwałością
- dostępne w pełnej gamie krzywizn typowych i nietypowych – 89 w każdej średnicy : np. Judkins L&R, Amplatz J&R, Femoral J&R, Multipurpose, Bypass, Extra Back Up L&R, MAC – Multi Aortic Curve, Champ, MRADIAL, 3DRIGHT – umożliwiająca dostęp z nakłucia tętnicy udowej, promieniowej, ramieniowej, dojście do by-passów jak i innych nietypowych odejść naczyń - szczegóły w prospektach
- cewniki z możliwością zamówienia z otworami bocznymi i z modyfikowanymi końcówkami ?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający w **Pakiet nr 19 - Cewnik do trombektomii aspiracyjnej** dopuści do zaferowania cewnik o poniższych parametrach technicznych:

- wyposażony w jeden koszyczek z filtrem gęstości 40 mikronów
- wyposażony w dwa markery proksymalne 90 i 100 cm od końca cewnika, oraz radioceniującą końcówkę pozwalającą na precyzyjną lokalizację końcówki roboczej cewnika w stosunku do lokalizacji zmiany

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie nr 6**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymagając dla cewnika 6F średnicy wewnętrznej 0,067" miał na myśli wymiar zewnętrzny cewnika aspiracyjnego minimum 0,067" ,czy chodzi o minimalną średnicę wewnętrzną cewnika prowadzącego kompatybilnego z cewnikiem aspiracyjnym, jeśli tak czy Zamawiający dopuści cewnik aspiracyjny o dużej powierzchni aspiracji ponad 90 mm<sup>2</sup> kompatybilny z cewnikiem prowadzącym o średnicy wewnętrznej 0,070 " ?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

*mgr inż. Jadwiga Kazińsk*