



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Wrocław, dnia 30.10.2014r.

Szp/FZ-63/ 608/2014

## INFORMACJA NR 6 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych Pracowni Hemodynamiki ”.

### Pytanie nr 1

Czy w Pakiecie nr 20 Zamawiający dopuści do zaoferowania strzykawki wysokociśnieniowej – inflatora o zakresie ciśnień do 30 atm, pozostałe parametry bez zmian?

**Zamawiający dopuści do zaoferowania strzykawki wysokociśnieniowej – inflatora o zakresie ciśnień do 30 atm, pozostałe parametry bez zmian.**

### Pytanie nr 2

Czy w Pakiecie nr 24 Zamawiający dopuści do zaoferowania przewodniki, pokryte teflonem o długościach 150, 180 i 260 cm, średnicach 0,032"; 0,035" i 0,038", pozostałe parametry bez zmian?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

### Pytanie nr 3

Czy w Pakiecie nr 25 w pozycji nr 2 Zamawiający dopuści zaoferowanie y-konektora z jedną zastawką, zamykaną przesuwem lub obrotowo, pozostałe parametry bez zmian?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

### Pytanie nr 3

Czy w Pakiecie nr 25 w pozycji nr 5 Zamawiający dopuści przedłużacz wysokociśnieniowy o długości 120 cm, bez wersji z adapterem rotacyjnym?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów/ Administracji

*mgr inż. Jadwiga Raziuk*