



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 03.11.2014r.

Szp/FZ – 67 /614/2014

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „dostawę myjni do kaczek i basenów”.

dot. Myjni dezynfektora - oddział Pediatriczny.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wolnostojące o wymiarach (mm) : (gł./szer./wys.) 600/700/1500 ?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością wyboru jednego z pięciu cykli: cykl płukania naczyń i komory, cykl mycia kaczek, cykl normalny, cykl ergonomiczny, cykl intensywny.

Zamawiający dopuszcza urządzenie z możliwością wyboru jednego z pięciu cykli: cykl płukania naczyń i komory, cykl mycia kaczek, cykl normalny, cykl ergonomiczny, cykl intensywny, pozostałe parametry zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie posiada dyszy teleskopowej?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie posiada funkcji przechodzenia w stan „czuwania „ ?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym załadunek w jednym cyklu mycia wynosi do 4 naczyń (np. 1 basen i 3 kaczki), oraz 1 worek na mocz?

Zamawiający dopuszcza urządzenie, w którym załadunek w jednym cyklu mycia wynosi do 4 naczyń (np. 1 basen i 3 kaczki), oraz 1 worek na mocz, pozostałe parametry zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym dezynfekcja przebiega w temp. do 90C?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wymaga oprócz dezynfekcji w zakresie współczynnika AO, dodatkowo dezynfektant, który eliminuje w 99,999% MRS i Clostridium difficile i efekcie pozwala uzyskać właściwy i żądany poziom czystości mikrobiologicznej?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

dot. Myjni dezynfektora - oddział Kardiologii Dziecięcej

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wolnostojące o wymiarach (mm) : (gł./szer./wys.) 600/700/1500 ?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści, aby moc elementów grzejnych wynosi 13 kW?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści myjnię, w której nie ma możliwości modyfikacji parametrów poszczególnych procesów mycia?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym dezynfekcja przebiega w temp. do 90C?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający w Zadaniu nr 2 Zestawienie wymaganych parametrów technicznych Myjnia dezynfektor - 1 szt. dla Oddziału Kardiologii Dziecięcej w pkt. 5 koryguje opis drzwi:

było

Drzwi otwierane uchylnie w dół, gwarantujące załadunek na ergonomicznej wysokości (82-mm+/- 5%). Automatyczne otwieranie drzwi za pomocą pedału nożnego, zamykanie ręczne.

Powinno być

Drzwi otwierane uchylnie w dół, gwarantujące załadunek na ergonomicznej wysokości (82-cm+/- 5%). Automatyczne otwieranie drzwi za pomocą pedału nożnego, zamykanie ręczne.

W załączeniu skorygowane zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Zadania nr 2.

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Radosław Raziuk

Zadanie nr 2

Załącznik nr 6.2 SIWZ
Nr sprawy Szp/FZ – 67/2014

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia: Myjnia dezynfektor - 1 szt. dla Oddziału Kardiologii

Dziecięcej po modyfikacji

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji

Lp.	Parametry i warunki graniczne	Odpowiedź TAK/NIE wraz z opisem oferowanych parametrów
1	2	3
1.	Myjnia wykonana ze stali kwasoodpornej klasy AISI304	
2.	Wymiary: Wysokość: 1630 mm (+/- 5%) Szerokość 545 mm (+/- 5%) Głębokość 475 mm (+/- 5%)	
3.	Pojemność na jeden cykl - 2" Kaczki" i jeden basen lub 3 kaczki.	
4.	Izolacja termiczna myjni (15 mm)	
5.	Drzwi otwierane uchylnie w dół, gwarantujące załadunek na ergonomicznej wysokości (82-cm +/- 5%). Automatyczne otwieranie drzwi za pomocą pedału nożnego, zamykanie ręczne.	
6.	System 14 dysz (w tym min. 9 obrotowych)	
7.	Elementy grzejne poza komorą myjni - moc elementów grzejnych - 4,5 kW	
8.	Dwie pompy dozujące detergent z możliwością nastawienia dozowania bezpośrednio z panelu sterowania, dla każdego programu oddzielnie	
9.	Trzy programy mycia i dezynfekcji dostępne bezpośrednio z panelu sterowania (za pomocą trzech oddzielnych klawiszy funkcyjnych)- program krótki, standardowy, intensywny	
10.	Możliwość modyfikowania programów myjących przez użytkownika, dostęp do modyfikacji zabezpieczony kodem cyfrowym.	
11.	Nastawialna temperatura dezynfekcji - standard pracy	

	przy 93°C	
12	Sterowanie mikroprocesorowe - automatyczny przebieg cyklu bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika	
13	Blokada drzwi podczas trwania cyklu	
14	Zabezpieczenie przed zalaniem	
15	Możliwość zawieszenia urządzenia na ścianie bez ponoszenia dodatkowych kosztów	
16	Wyświetlacz LCD, wszystkie komunikaty w j. polskim <u>Wyświetlane informacje:</u> -typ programu -wartość A0 -temperatura w komorze -aktualna faza cyklu	
17	Wizualna i dźwiękowa informacja o błędach i awariach	
18	Wysokowydajna pompa cyrkulacyjna o mocy 730 W	
19	Samodezynfekcja urządzenia	
20	Wbudowana wytwornica pary	
21	Poziom emitowania hałasu - 51 dB	
22	Odływ Ø110 mm	
23	Podłączenie elektryczne 400V 50 Hz, całkowita moc urządzenia 5,05 kW	
24	Urządzenie spełniające normy PN EN 15883-1/-3	

***) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy**

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

.....
(pieczęć i podpis
osoby/osób uprawnionej/-ych do
podejmowania zobowiązań)