



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 03.11.2014r.

Szp/FZ – 67 / 616 / 2014

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „dostawę myjni do kaczek i basenów”.

Dotyczy treści SIWZ rozdział VI 2.B

Pytanie nr 1

Ponieważ katalogi producenta obejmują jedynie część informacji i danych na temat wszystkich funkcji posiadanych przez urządzenie oraz ponieważ wymagania każdego Zamawiającego ustalane w SIWZ są różne, to nie ma fizycznej możliwości, by oryginalne broszury, katalogi, prospekty przygotowywane przez producenta urządzeń odpowiadały na wszystkie punkty specyfikacji. Jedyną możliwością by wszystkie wymagane dane znalazły się w katalogu jest sytuacja gdy SIWZ został opracowany w oparciu o katalog konkretnego producenta urządzeń, opisujący jeden, wybrany typ myjni. Prosimy o dopuszczenie, na zasadzie równoważności, złożenia wraz z katalogiem oświadczenia dostawcy, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie wymagania opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający ma możliwość weryfikacji takich oświadczeń na etapie podpisywania protokołu zdawczo-odbiorczego i w razie wykrycie niezgodności odmówienia podpisania takiego protokołu i odstąpienia od umowy.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy przedmiotu zamówienia zadanie 1- Myjnia dezynfektor 1 szt. dla Oddziału Pediatricznego

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w przyciski dotykowe jako rozwiązanie równoważne?

Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w przyciski dotykowe jako rozwiązanie równoważne, pozostałe parametry zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w wytwornicę pary poza zbiornikiem wody? Instalacja myjni jest dezynfekowana parą po każdym procesie.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o załadunku komory jeden basen lub trzy kaczki? Oferowane urządzenie poprzez zastosowane rozwiązania oferuje bardzo szybki i skuteczny proces, dzięki czemu zwiększanie załadunku komory nie jest konieczne.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w 14 dysz strumieniowych, w tym 8 dysz rotacyjnych bez dyszy teleskopowej? Ilość dysz nie determinuje jakości mycia i jest rozwiązaniem indywidualnym dla danej konstrukcji. Proponowana myjnia zapewnia doskonale parametry mycia w pełni zgodne z PN EN-15883-1 i 3.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o wymiarach:

- szerokość: 450 mm
- głębokość: 500 mm
- wysokość : 1500 mm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie generujące hałas na poziomie 54dB co jest wartością odbiegającą od SIWZ w sposób nieznaczny?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu określonego w punkcie 24 tabeli parametrów technicznych? Ilość dozowanego środka jest uzależniona od warunków instalacyjnych zastanych u Zamawiającego, istnieje możliwość ustawienia zużycia na ilość nie większą niż 5ml, ale w przypadku, gdy będzie to wartość niewystarczająca, zaleca się zwiększenia ilości środka odkamieniającego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy przedmiotu zamówienia zadanie 2- Myjnia dezynfektor 1 szt dla Oddziału Kardiologii

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o wymiarach:

- szerokość: 450 mm
- głębokość: 500 mm
- wysokość : 1500 mm?

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie o wymiarach: szerokość: 450 mm, głębokość: 500 mm, wysokość :1500 mm, pozostałe parametry zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o załadunku komory jeden basen lub trzy kaczki? Oferowane urządzenie poprzez zastosowane rozwiązania oferuje bardzo szybki i skuteczny proces, dzięki czemu zwiększanie załadunku komory nie jest konieczne.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o wysokości załadunku na poziomie 73,5cm z drzwiami otwieranymi i zamykanymi ręcznie? Oferowany parametr odbiega nieznacznie od wymaganego oraz zapewnia ergonomiczny i bezpieczny załadunek komory.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w 14 dysz strumieniowych, w tym 8 dysz rotacyjnych bez dyszy teleskopowej? Ilość dysz nie determinuje jakości mycia i jest rozwiązaniem indywidualnym dla danej konstrukcji. Proponowana myjnia zapewnia doskonałe parametry mycia w pełni zgodne z PN EN-15883-1 i 3.

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie wyposażone w 14 dysz strumieniowych, w tym 8 dysz rotacyjnych bez dyszy teleskopowej, pozostałe parametry zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię wyposażoną w wytwornicę o mocy 3,2kW? Oferowane urządzenie zapewnia dezynfekcję termiczną całkowicie zgodną z PN EN-15883-1 i 3.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię z możliwością nastawienia dozy środka wyłącznie przez serwis wykonawcy co zapewnia zwiększenie bezpieczeństwa oraz zachowanie zgodności mycia i dezynfekcji z PN EN-15883-1 i 3?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię z możliwością modyfikacją programów wyłącznie przez serwis wykonawcy co zapewnia zwiększenie bezpieczeństwa oraz zachowanie zgodności mycia i dezynfekcji z PN EN-15883-1 i 3?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w pompę o mocy 0,8 kW co odbiega nieznacznie od wymogu?

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenie wyposażonego w pompę o mocy 0,8 kW. Pozostałe parametry zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie generujące hałas na poziomie 54dB co jest wartością odbiegającą od SIWZ w sposób nieznaczny?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oszczędną myjnię o mocy 3.55 kW?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy przedmiotu zamówienia zadanie 3- Myjnia dezynfektor 1 szt dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w drzwi nieprzeszkłone? Drzwi przeszkłone w myjniach do kaczek i basenów są parametrem niekorzystnym, ze względu na charakter usuwanych zanieczyszczeń.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenie wyposażonego w drzwi otwierane automatycznie, za pomocą pedału nożnego, przesuwane w pionie, nieprzeszkłone.

System bezpieczeństwa drzwi, umożliwiający ich otwarcie w trakcie procesu mycia i dezynfekcji .

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o załadunku komory jeden basen i jedna kaczka lub cztery kaczki? Oferowane urządzenie poprzez zastosowane rozwiązania oferuje bardzo szybki i skuteczny proces, dzięki czemu zwiększanie załadunku komory nie jest konieczne.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o załadunku komory jeden basen z pokrywą i jedna kaczka lub cztery kaczki.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oszczędną myjnię o mocy 3.55 kW?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w pompę o mocy 0,8 kW, co odbiega nieznacznie od wymogu?

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenie wyposażonego w pompę o mocy 0,8 kW. Pozostałe parametry zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię wyposażoną w wytwornicę o mocy 2,7 kW? Oferowane urządzenie zapewnia dezynfekcję termiczną całkowicie zgodną z PN EN-15883-1 i 3.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie generujące hałas na poziomie 54dB co jest wartością odbiegającą od SIWZ w sposób nieznaczny?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię z możliwością modyfikacją programów wyłącznie przez serwis wykonawcy co zapewnia zwiększenie bezpieczeństwa oraz zachowanie zgodności mycia i dezynfekcji z PN EN-15883-1 i 3?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. J. J. Raziuk