



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 10.12.2014 r.

Szp/FZ- 79/ 606 /2014

## INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę elementów zużywalnych do noża harmonicznego”

### **Pytanie Nr 1** – dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 wymaga jednorazowej końcówki do noża harmonicznego, która współpracuje z generatorem GEN11?

#### **Odpowiedź Nr 1**

*Zamawiający oczekuje zaoferowania w pakiecie nr 1 jednorazowej końcówki do noża harmonicznego, która współpracuje z generatorem GEN11. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.*

### **Pytanie Nr 2** – dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 wymaga jednorazowych nożyczek do cięcia i koagulacji tkanek do zabiegów na otwarcie, które współpracują z generatorem GEN11?

#### **Odpowiedź Nr 2**

*Zamawiający oczekuje zaoferowania w pakiecie nr 3 jednorazowych nożyczek do cięcia i koagulacji tkanek do zabiegów na otwarcie, które współpracują z generatorem GEN11. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.*

Powyższa informacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji  
mgr inż. Lidwiga Raziuk