



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 17.12.2014r.

Szp/FZ – 82 / ~~44~~ / 2014

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „dostawę materiałów do badań diagnostycznych”.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny w Pakiecie nr 7 poz. 1 paski do glukometru wraz z bezpłatnym przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów?

Prosimy o podanie ilości niezbędnych glukometrów, dla których zapewniamy bezpłatne przeszkolenie personelu i pełen serwis.

Ilość glukometrów to 45 szt. zgodnie z zapisami SIWZ.

Charakterystyka systemu proponowanych glukometrów:

- 1) Funkcja automatycznego kodowania pasków wykluczająca klucze, chipy kodowe a tym samym redukująca możliwość błędnego kodowania przez personel;
Zamawiający dopuszcza funkcję automatycznego kodowania pasków wykluczającą klucze, chipy kodowe a tym samym redukującą możliwość błędnego kodowania przez personel
- 2) Czas pomiaru 7 sekund;
Zamawiający nie dopuszcza czasu pomiaru 7 sekund i podtrzymuje zapisy SIWZ.
- 3) Zakres pomiarowy 20-600 mg/dl;
Zamawiający nie dopuszcza zakresu pomiarowego 20-600 mg/dl
- 4) Wielkość próbki krwi 0,7 µl;
Zamawiający dopuszcza wielkość próbki krwi 0,7 µl;
- 5) Zakres pomiarowy 20-600 mg/dl;
Zamawiający nie dopuszcza zakresu pomiarowego 20-600 mg/dl
- 6) Zakres temperatury przechowywania pasków min 4 – min 40C°;
Zamawiający dopuszcza zakres temperatury przechowywania pasków min 4 – min 40C°;
- 7) Możliwość wykonania pomiaru z 6 alternatywnych miejsc badania (AST);
Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania pomiaru z 6 alternatywnych miejsc badania (AST);

8) Paski pakowane po 50 sztuk – opakowanie jednostkowe;
Zamawiający dopuszcza paski pakowane po 50 sztuk – opakowanie jednostkowe.

9) Wykorzystany enzym na paskach, to **Oksydaza Glukozy (GOD)**, co daje maksymalną minimalizację zafałszowań pomiaru, spełniający normy ISO 15197;
Zamawiający dopuszcza wykorzystany enzym na paskach, to Oksydaza Glukozy (GOD), co daje maksymalną minimalizację zafałszowań pomiaru, spełniający normy ISO 15197;

10) Automatyczny wyrzut paska – pozwala na bezdotykowe usunięcie zużytego paska pomiarowego unikając kontaktu z rękami personelu ograniczamy do minimum ewentualne ryzyko epidemiologiczne.
Zamawiający wymaga automatycznego wyrzutu paska.

11) Glukometry przetestowane i pozytywnie zaopiniowane przez pracowników placówki.
Zamawiający dopuszcza glukometry przetestowane i pozytywnie zaopiniowane przez pracowników placówki Zamawiającego.

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji
mgr inż. Jadwiga Raziuk