



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Wrocław, dnia 18.12.2014r.

Szp/FZ – 82 / 20/2014

## INFORMACJA NR 6 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „dostawę materiałów do badań diagnostycznych”.

### Pytanie nr 1

#### Załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy - § 12

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w przypadku ustawowego podwyższenia stawki podatku VAT Zamawiający dopuści wzrost cen brutto przedmiotu umowy i stawki podatku VAT przy stałości cen netto, natomiast w przypadku obniżenia stawki podatku VAT Zamawiający dopuści obniżenie cen brutto przedmiotu umowy oraz stawki podatku VAT przy niezmienności cen netto?

**Zamawiający zmiany dotyczące stawki podatku VAT określił w SIWZ Rozdział XIII pkt. 6 oraz we wzorze umowy § 5 ust. 2 i 3.**

### Pytanie nr 2    Pakiet 1, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści żel do EKG o pojemności 250ml?

**Zamawiający dopuszcza żel do EKG o pojemności 250ml.**

### Pytanie nr 3    Pakiet 1, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści żel do USG o pojemności 500ml?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### Pytanie nr 4    Pakiet 7, poz. 1:

Czy Zamawiający oczekuje uzyskania wyniku poziomu glukozy we krwi z próbki krwi włośniczkowej, żyłnej, tętniczej i noworodkowej ?

**Zamawiający wymaga uzyskania wyniku z próbki krwi włośniczkowej, żyłnej, tętniczej i noworodkowej.**

### Pytanie nr 5    Pakiet 7, poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga aby glukometr był wyposażony w automatyczny wyrzutnik zużytych pasków gwarantujący bezkontaktowe usunięcia paska, mając na uwadze względy sanitarno-epidemiologiczne?

**Zamawiający wymaga aby glukometr był wyposażony w automatyczny wyrzutnik zużytych pasków gwarantujący bezkontaktowe usunięcia paska, mając na uwadze względy sanitarno-epidemiologiczne.**

**Pytanie nr 6 Pakiet 7, poz. 1:**

Czy Zamawiający wymaga aby kapilara pobierająca próbkę krwi do badania była umieszczona na czubku paska?

***Zamawiający wymaga aby kapilara pobierająca próbkę krwi do badania była umieszczona na czubku paska.***

**Pytanie nr 7 Pakiet 7, poz. 1:**

Czy Zamawiający oczekuje poziomu hematokrytu w zakresie 10-70%, ze względu na próbki krwi noworodkowej?

***Zamawiający wymaga poziomu hematokrytu w zakresie 10-70%, ze względu na próbki krwi noworodkowej.***

**Pytanie nr 8 Pakiet 7, poz. 1:**

Czy Zamawiający wymaga aby roztwór kontrolny po otwarciu fiolki był ważny min. 6 miesięcy co pozwoli na pełne wykorzystanie zawartości fiolki oraz zmniejszy koszty użytkowania?

***Zamawiający wymaga aby roztwór kontrolny po otwarciu fiolki był ważny min. 6 miesięcy.***

**Pytanie nr 9 Pakiet 8, poz. 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieliszków szklanych do leków w kształcie walca o pojemności 24 ml z podziałką mała łyżka i duża łyżka?

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 10 Pakiet 8, poz. 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieliszków plastikowych do leków przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kieliszków plastikowych do leków przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.***

**Pytanie nr 11 Pakiet 8, poz. 5:**

Czy Zamawiający dopuści patyczki drewniane w opakowaniu 200 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości?

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 12 Pakiet 9, poz.1:**

Czy Zamawiający oczekuje szkiełka podstawowe ze szkła wapniowo-sodowego o podwyższonej przezierności o wysokich właściwościach optycznych i technicznych o niskiej zawartości żelaza ( $Fe_2O_3$  0,03%), z niskim poziomem fluoeroscencji w rozmiarze 26 x 76 x1,0mm z godnie z ISO 8037/I lub BS 7011. Tolerancja grubości wynosi +/- 0,5mm.

***Zamawiający wymaga szkiełka podstawowe ze szkła wapniowo-sodowego o podwyższonej przezierności o wysokich właściwościach optycznych i technicznych o niskiej zawartości żelaza ( $Fe_2O_3$  0,03%), z niskim poziomem fluoeroscencji w rozmiarze 26 x 76 x1,0mm z godnie z ISO 8037/I lub BS 7011. Tolerancja grubości wynosi +/- 0,5mm.***

**Pytanie nr 13 Pakiet nr 11, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji podkładu higienicznego o długości rolki 40 m, spełniającego pozostałe wymagania SWIZ z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych rolek tj. 1500 rolek.

**Zamawiający dopuszcza w w/w pozycji podkładu higienicznego o długości rolki 40 m, spełniającego pozostałe wymagania SWIZ z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych rolek tj. 1500 rolek.**

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

*mgr inż. Jadwiga Raziuk*