



Szp/FZ – 12/LIDOX/ 730 /2014

Wrocław, dnia 23.12.2014 r.

## INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego przekazuje wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa sprzętu laboratoryjnego*”

### Dotyczy zadania nr 3

#### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na chłodziarkę laboratoryjną o wymiarach: szer. 62cm/ głęb. 64 cm/wysokość zgodna z SIWZ ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na chłodziarkę laboratoryjną o wymiarach: szer. 62cm/ głęb. 64 cm przy minimalnej wysokości zgodnej z SIWZ lub wyższej.**

#### Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę laboratoryjną o wymiarach (wys. x szer. x gł.) 1250 x 600 x 610 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza chłodziarki laboratoryjnej o zaproponowanych wymiarach 1250 x 600 x 610 mm. Określona w tabeli wymaganych parametrów techniczno – użytkowych wysokość sprzętu jest wartością minimalną preferowaną przez Zamawiającego. Zamawiający dopuści do postępowania chłodziarki laboratoryjne o wysokości min. od 130 cm do max 150 cm.**

#### Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści aby punkt nr 8 otrzymał brzmienie:

„Wymiary max. 130 wys. x 60 szer. z x 65 gł. cm” ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.**

#### Pytanie nr 4

Prosimy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu dostawy urządzenia do 8 tygodni od daty podpisania umowy, ze względu na cykl produkcyjny urządzeń laboratoryjnych ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu dostawy urządzenia do 8 tygodni od daty podpisania umowy.**

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA  
Z BIURA DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

*mgr inż. Jadwiga Raziuk*

