



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 29.12.2014r.

Szp/FZ – 82 / 435 / 2014

INFORMACJA NR 8 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „dostawę materiałów do badań diagnostycznych”.

Pakiet nr 4- Zamknięty aspiracyjno-próżniowy system do pobierania krwi

Pytanie nr 1

poz. 1: czy Zamawiający – ze względu na specyfikę zastosowanego odczynnika - dopuści probówko-strzykawki do OB z terminem ważności 6 miesięcy od daty dostarczenia?

Zamawiający dopuszcza probówko-strzykawki do OB z terminem ważności 6 miesięcy od daty dostarczenia.

Pytanie nr 2

poz. 7: czy Zamawiający – ze względu na specyfikę zastosowanego odczynnika - dopuści probówko-strzykawki do koagulacji z terminem ważności 6 miesięcy od daty dostarczenia?

Zamawiający dopuszcza probówko-strzykawki do koagulacji z terminem ważności 6 miesięcy od daty dostarczenia.

Pytanie nr 3

poz. 14: czy Zamawiający – ze względu na specyfikę zastosowanego odczynnika - dopuści probówko-strzykawki do koagulacji z terminem ważności 6 miesięcy od daty dostarczenia?

Zamawiający dopuszcza probówko-strzykawki do koagulacji z terminem ważności 6 miesięcy od daty dostarczenia.

Pytanie nr 4

poz. 1, 3, 4, 5, 7, 8 i 9: czy Zamawiający ze względu na możliwość oszczędności na igłach systemowych do probówko-strzykawek w przypadku pobrania do jednej strzykawko-probówki krwi przeznaczonej na jeden rodzaj badań np. tylko badania biochemiczne, wymaga by pozycje wymienione miały możliwość bezpośredniego nałożenia igły typu Luer?

Zamawiający dopuszcza możliwość bezpośredniego nałożenia igły typu Luer na jedną strzykawko - probówkę do pobrania jednego rodzaju badania.

Pakiet nr 7

Pytanie nr 5

Czy zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 1 będzie wymagał, aby przydatność testów paskowych po otwarciu fiolki była zgodna z datą podaną na opakowaniu co umożliwi oszczędne gospodarowanie środkami?

Zamawiający dopuszcza, aby przydatność testów paskowych po otwarciu fiolki była zgodna z datą podaną na opakowaniu jednak nie krótszym niż 6 m-cy.

Pytanie nr 6

Czy zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 1 oczekuje, aby system charakteryzował się następującymi parametrami: czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,6 µl, zakres mierzalności 10-600 mg/dl, podświetlany ekran glukometru?

System zgodny z zapisami SIWZ oraz z wcześniejszymi odpowiedziami udzielonymi w Informacjach dla Wykonawców, które Zamawiający zamieścił na stronie Internetowej.

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji
mgr inż. Jolanta Raziuk